機械器具 24 知覚検査又は運動機能検査用器具

握力計 35021000

握力計

【警告】
本製品は、本来の目的以外には使用しないこと

【禁忌・禁止】
以下の症状を示す人、又は診断を受けた人への使用はやめること

1. 急性疾患、高血圧症、心臓疾患、化膿性関節炎
2. 医師及び指導者が不適当と判断したもの、被測定者で身体の異常を訴えるもの

【形状・構造及び原理等】
構造：スプリングと測定に依る変位を伝える伝動装置、及び主な骨格である樹脂ボディからなる

材質：ポリカーボネート、鋼線、亜鉛合金ダイカスト、
スチール、ＰＥＴ、ｼﾘｺﾝｺﾞﾑ

サイズ及び質量

スメドレー/幼健式型 215 x 135 x 50　520 g

ＤＸ型 220 x 146 x 52　560 g 、

【使用目的、効能又は効果】
患者の手・前腕の筋強度を測定、検査、調節する装置をいう
通常、脳卒中後のリハビリテーションに用いる

【操作方法又は使用方法等（用法･用量を含む）】

1. 操作方法：詳細に関しましては取扱説明書「握力の測定」を参照
2. 使用方法：　〃

【使用上の注意】
使用注意：詳細に関しましては取扱説明書「使用上の注意」を参照

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】
保管方法

1）機器は次回の使用に支障のない様に清浄にして保管し、その際ﾍﾞﾝｼﾞﾝやｼﾝﾅｰ等の揮発性・可燃性のものは併用禁止

動作保証条件
温度：０～40℃
湿度：15～80RH

【保守・点検に係わる事項】
暫く使用しなかった機器を再使用する時は、使用前に必ず正常且つ安全に動作するか確認してから行う

【包装】
1　台

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】
TTM株式会社
東京都荒川区南千住３丁目１８番２号
Tel：050-5434-2620

取扱説明書を必ずご参照ください