

機械器具22 検眼用器具
一般医療機器 検眼レンズ 34653000(JMDNコード)
シーンセレクトPAL遠中 テストレンズセット

【形状・構造及び原理等】

枠付きレンズ（つまみ部分付き）

レンズ部分：プラスチック製、屈折率1.60、遠用度数は全て0.00D

レンズ枠部分：金属製

つまみ部分：プラスチック製

つまみ部分に商品略号、加入度数等を表示します。

検眼レンズを単体または組み合わせて使用し、自覚的検査により眼の屈折補正量を測定・評価します。

【使用目的又は効果】

検眼レンズ。

【使用方法等】

検眼レンズフレーム（トライアルフレーム）に検眼レンズをセットして使用します。

【使用上の注意】

被験者の身体に異常を来たさないよう、適切な検眼レンズを選択し装用時間に注意してください。
使用後は、次の使用に支障のないように清浄にしてください。

【保管方法及び有効期間等】

室温で保管してください。

【包装】

フルセットは、検眼レンズ18枚入り（左右 各9枚）

ハーフセットは、検眼レンズ10枚入り（左右 各5枚）

特別セットは、検眼レンズ26枚入り（左右 各13枚）

ただし、要望により26枚未満の単体および複数の組み合わせで、補充・販売することがあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

東海光学株式会社

愛知県岡崎市恵田町字下田5番地26

電話：0564-27-3050

製造元

東海光学株式会社 本社工場