

機械器具 22 検眼用器具
一般医療機器 検眼レンズ 34653000(JMDNコード)
ニューロセレクト7X-TW テストレンズセット

【形状・構造及び原理等】

枠付きレンズ (つまみ部分付き)

レンズ部分 : プラスチック製、屈折率1.60、遠用度数は全て0.00D

レンズ枠部分: 金属製

つまみ部分 : プラスチック製

つまみ部分に商品略号、加入度数等を表示します。

検眼レンズを単体または組み合わせて使用し、自覚的検査により眼の屈折補正量を測定・評価します。

【使用目的又は効果】

検眼レンズ。

【使用方法等】

検眼レンズフレーム (トライアルフレーム) に検眼レンズをセットして使用します。

【使用上の注意】

被験者の身体に異常を来たさないよう、適切な検眼レンズを選択し装着時間に注意してください。
使用後は、次回の使用に支障のないように清浄にしてください。

【保管方法及び有効期間等】

室温で保管してください。

【包装】

フルセットは、検眼レンズ18枚入り (左右 各9枚)

ハーフセットは、検眼レンズ10枚入り (左右 各5枚)

特別セットは、検眼レンズ22枚入り (左右 各11枚)

ただし、要望により22枚未満の単体および複数の組み合わせで、補充・販売することがあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

東海光学株式会社

愛知県岡崎市恵田町字下田5番地26

電話: 0564-27-3050

製造元

東海光学株式会社 本社工場