


機械器具（22）検眼用器具
一般医療機器 細隙灯顕微鏡（35148000）

「スリットランプSL-D2」
「スリットランプSL-D4」
「スリットランプSL-D4Z」
「スリットランプSL-D7」
「スリットランプSL-D8Z」の付属品
スチルカメラアタッチメント SR-53

※※【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品は、スチルカメラアタッチメントのみで構成される。



2. 寸法：81mm(W) × 60mm(D) × 200mm(H)

3. 使用環境

温度：10°C～40°C

湿度：30%～90%（結露なきこと）

気圧：700hPa～1060hPa

詳細は本品の「取扱説明書」の「各部の名称」と「仕様・性能」を参照のこと。

本品は販売名

スリットランプ SL-D2

（医療機器届出番号 13B1X0003000SLD2）

スリットランプ SL-D4

（医療機器届出番号 13B1X0003000SLD4）

スリットランプ SL-D4Z

（医療機器届出番号 13B1X000300SLD4Z）

スリットランプ SL-D7

（医療機器届出番号 13B1X0003000SLD7）

スリットランプ SL-D8Z

（医療機器届出番号 13B1X000300SLD8Z）

の付属品である。

※※【使用目的又は効果】

顕微鏡部と組合わせ、観察像を市販のカメラの撮像面に結像するために用いる。 ※

※※【使用方法等】

＜使用方法＞

1. スリットランプに本品を取り付けます。
2. カメラにマウントアダプターを取り付けます。
3. 本品にカメラを取り付けます。

詳細は本品の「取扱説明書」の「取付方法」と「使用方法」を参照のこと。

※※【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

本品が確実に取り付けられていること。

廃棄

装置を廃棄する場合は、廃棄、リサイクルに関する自治体の条例に従うこと。

※※【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。

詳細は本品の「取扱説明書」の「管理と点検」を参照のこと。

※※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 トプコン

TEL 03-3558-2506

取扱説明書を必ずご参照下さい