

プログラム 1 疾病診断用プログラム
管理医療機器 眼撮影装置用プログラム（16419012）
/ 眼底カメラ用プログラム（10551012）
「眼科データ管理システム IMAGEnet 7」の構成

機械器具（22）検眼用器具
管理医療機器 眼撮影装置（16419000）

特定保守管理医療機器「3次元眼底像撮影装置 DRI OCT Triton」の構成
特定保守管理医療機器「3次元眼底像撮影装置 DRI OCT Triton2」の構成
OCT angiography

【形状・構造および原理等】

「眼科データ管理システム IMAGEnet 7」の添付文書を参照のこと。

【使用目的又は効果】

眼撮影装置、眼底カメラから提供された情報をさらに処理し情報を診断のために提供する。

【使用方法等】

「眼科データ管理システム IMAGEnet 7」がインストールされている汎用 IT 機器または眼科向け医療機器の構成であるパソコン（以降「パソコン」）に本ソフトウェアをインストールすることで、OCT angiography 機能を追加する。
パソコンは、患者環境外に設置する。

汎用 IT 機器の仕様（推奨仕様）

「眼科データ管理システム IMAGEnet 7」の添付文書を参照のこと。

<使用準備>

1. パソコンの機器の電源を入れる。
2. 「眼科データ管理システム IMAGEnet 7」を起動する。
3. [ユーザーID] と [パスワード] を入力し、ログインする。

<操作>

1. [管理] メニューを選択し、[アクティベーション] を選択する。
2. 表示されたアクティベーションダイアログにて、OCT angiography のライセンスキーを入力する。
3. [実行] ボタンをクリックする。

詳細は、「眼科データ管理システム IMAGEnet 7」の添付文書、取扱説明書（特に「目的別操作」の「OCT データの計測・解析」）を参照のこと。

【使用上の注意】

使用注意

ネットワークに接続した環境で使用する場合は、コンピュータウィルス及び情報の漏洩等に注意すること。

重要な基本的注意

推奨仕様を満たす機器にインストールすること。

【製造販売業者および製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者

株式会社 トプコン

TEL 03-3558-2506