機械器具 55　医療用洗浄器
一般医療機器　洗浄針　JMDN 70459000

トーデントＮｉｔｉ洗浄チップ

【形状・構造及び原理等】

［形状、構造］

寸　法：先端ゲージ；30G
長さ；17㎜, 25㎜

［原材料］
針管：ステンレス鋼、ニッケルチタン
針基等：ポリプロピレン、シリコン

［原理］
針基をルアーロック式のシリンジと接続し、針管を根管等に挿入し、液の注入、吸引を行う。

【使用目的又は効果】

口腔、歯髄腔、根管などの各部を洗浄する。

【使用方法等】

［使用方法］
1. 本体からエンドストップを取り外し、【保守・点検に係る事項】に従って高圧蒸気（オートクレーブ）滅菌する。
2. 本品をルアーロック式シリンジに、ゆるみや外れがないようにしっかりと取り付ける。
3. 針管先端を洗浄部位に挿入し使用する。
4. 使用後は、付着した血液、体液、組織、薬品等が乾燥・固化する前に、【保守・点検にかかる事項】に従って洗浄する。

［使用方法に関連する使用上の注意］
1. 使用中に脱落するおそれがあるので、ルアーロック式シリンジ以外は使用しないこと。
2. シリンジとの接続部が確実にロックされていることを確認してから使用すること。
3. 薬液を過度な力で押し出すと、本品が破損または脱落するおそれがあるので、薬液はゆっくりと一定の力で注入すること。

【使用上の注意】

［使用注意］
長期間の使用により金属疲労や摩耗等の劣化が生じるため、適宜交換すること。

【保管方法及び有効期間等】

［保管方法］
直射日光、高温多湿、水分（水濡れ）、腐食性薬剤及びその蒸気の曝露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けない場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

使用後は下記の手順により、洗浄、滅菌すること。
1. 流水で洗浄し、血液や組織片その他の目に見える汚れを除去する。金属ブラシやクレンザー（磨き粉）を使用しないこと。
2. 血液等のたんぱく質を除去するため、医療用洗浄剤で洗浄する。塩素系、ヨウ素系、強アルカリ性、強酸性の洗浄剤や消毒剤は腐食の原因になるため使用しないこと。
3. チップの内側は、シリンジを取り付け、アルコールか水で洗浄する。
4. 仕上げすすぎには蒸留水またはイオン交換水を用いる。
5. 高圧蒸気（オートクレーブ）滅菌する。ただし、滅菌時は125℃を超えて加熱しないこと。
6. 完全に乾燥させてから保管する。
7. 接触腐食やもらい錆を防ぐため、材質の異なる金属製器具どうしを、洗浄時、滅菌時、保管時に接触させないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者　東京歯科産業株式会社
所在地　東京都千代田区外神田 6-10-5
外国製造業者　Dentatus AB(デンタータス)
国名　スウェーデン