機械器具 62　歯科用切削器

一般医療機器　歯科用エキスカベータ JMDN 35811000

マイクロエンドエキスカ　匠

【禁忌・禁止】

・本品の成分に対し過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

・破折・破損等の原因になるため、改造等は行わないこと。

【形状・構造及び原理等】



寸法：全長 161 ㎜

［材質］作業部・ハンドル部：　ステンレス鋼

［原理］

先端のカーブのついた切刃にて、う歯の齲蝕象牙質の切断及び除去をする。

【使用目的又は効果】

う歯の齲蝕象牙質の切断及び除去。

【使用方法等】

［使用方法］

1. 使用前に本品を必ず洗浄・消毒・滅菌する。【保守・点検に係る事項】を参照すること。
2. 齲蝕象牙質を切断、除去する。

［使用方法に関連する使用上の注意］

破折、変形することがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

【使用上の注意】

［使用注意］（次の患者には慎重に適用すること）

化学物質等に過敏症の既往歴がある患者には、本品及び類似品に対して過敏症歴がなくても問診を行い、慎重に適用すること。

［重要な基本的注意］

1. 使用前に必ず洗浄・消毒・滅菌をすること。（保守・点検に係る事項参照）
2. 毎回使用前に、亀裂、破損、変形、錆、表面キズ、曲がり及び汚染等がないことを確認し、損傷等がある場合は使用しないこと。
3. 薬剤等が付着した場合、腐食するおそれがあるので、速やかに清拭すること。
4. 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・滅菌をした後、次回使用に備え保管しておくこと。
5. 機器の窪んだ部分や見えない部分は定期的に点検し、残存物等が完全に取り除かれていることを確認すること。
6. 消毒用薬液及び洗浄剤の濃度・浸せき時間・温度などの使用方法は、各メーカーの指示に従い正しく使用すること。
7. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので 使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の曝露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
2. 異なる金属は分けて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

〈使用者による保守・点検事項(日常点検)〉

使用前に損傷、変形、錆、表面キズ、曲がり及び汚染等がない点検すること。

使用後は下記の手順により、洗浄、消毒、滅菌すること。

1. 器具に付着した汚れは、柔らかい非金属製のブラシやスポンジを使用して洗浄・消毒する。必要に応じて手動または自動洗浄・消毒をおこなう。
2. 自動洗浄器で洗浄するときは、異なる金属は分けて洗浄し、器具同士が接触して損傷することがないよう注意すること。
3. 洗剤の残留物や汚れがなくなるまで精製水で十分すすぎ、乾燥させる。
4. 高圧蒸気滅菌器（オートクレーブ）で滅菌する。
   推奨設定：最低温度 134℃、最低係留時間 4 分。138℃を超えないこと。その他の温度、
   時間で使用する場合はオートクレーブ滅菌製造業者の指示に従って使用する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	東京歯科産業株式会社
電話番号	03-3831-0176(代)
製造業者	Towne Brothers(Private)Ltd. （タウンブラザーズ）
国名	パキスタン