＊2025年8月(第2版)
2023年8月(第1版)

認証番号:304ADBZX00081000

医療用品3　手術用手袋及び指サック
管理医療機器　天然ゴム製手術用手袋　40548000

センシタッチ天然ゴム製手術用手袋

(センシタッチ・プロ・ノーパウダー)

再使用禁止

【禁忌・禁止】
- 再使用禁止
- 過去にアナフィラキシー症状の経験がある医療関係者及び患者への使用は禁止[使用上の注意の項参照]

【形状・構造及び原理等】
本品は、天然ゴムラテックスを主材料とする手袋である。
形状：C（曲指形手袋）、表面仕上げ：T（粗面）

【使用目的又は効果】
医科及び歯科の手術において、患者及び使用者を交差感染から保護するために使用する。

【使用方法等】
本品は、二重装着する場合がある。
1. 包装を開封し、台紙ごと手袋を取り出す。
2. 台紙の折り返し部分をつまんで開き、手袋を取り出して無菌的に装着する。

【使用上の注意】
1.使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
- 天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがある。アレルギー性症状には、Ⅰ型（即時型：天然ゴムラテックスに含まれる水溶性たん白質による)、Ⅳ型（遅延型：主に加硫促進剤等の添加剤の化学物質による）がある。このような症状が発生した場合には、直ちに使用を中止し医師に相談すること。
- 二分脊椎症患者等の天然ゴムと接触する機会の多い人は、天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられている為、使用に際して注意すること。

2.重要な基本的注意
- 手袋に破損やピンホールなどの異常が認められる場合は使用しないこと。
- 刃物等鋭利な器具に手袋が触れると破れたり、穴があくことがあるので注意すること。
- 電気メス使用時に、高周波回路が形成された場合、手袋の電気的絶縁性が損なわれる事があるので注意すること。
  [火傷を起こす恐れがある]
- 薬品、溶剤等によっては、膨潤したり浸透したりする場合があるので、確認の上、注意して使用すること。
- 油脂により材質が劣化する場合があるので、確認の上、注意して使用すること。

【保管方法及び有効期間等】
1.保管方法
- 水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
- 蛍光灯下やオゾンを発生する器械、電子機器の周辺等に保管しないこと。

2.有効期間
本品の包装に記載［自己認証による］

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売元：東レ・メディカル株式会社

外国製造元：アンセル エヌピー エスディーエヌ
ビーエイチディー
Ansell N.P. Sdn. Bhd.（マレーシア）

*連絡先：東レ・メディカル株式会社
医療用具事業部門
TEL：03-6262-3823

02A