

作成年月日:***2006年1月27日(第4版)
**2004年2月5日(第3版)

医療機器届出番号:28B2X00002002008

器具器械(18) 血圧検査又は脈波検査器具
一般医療機器 アネロイド式血圧計(16156000)

リースタ血圧計 リ・サン

【禁忌・禁止】

- ・本製品の分解、改造、修理をおこなわないでください。
- ・10mmHg以上加圧した状態で10分以上患者に装着しないでください。
- ・カフ、チューブ、送気球は加熱又は蒸気による滅菌はしないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

血圧計本体(送気球付)、カフ



2. 寸法及び重量

品番	仕様
1512	リ・サン スレートグレー(成人用カフ付き)
1517	リ・サン ブルー(成人用カフ付き)
1522	リ・サン サフラン(成人用カフ付き)
1527	リ・サン グリーン(成人用カフ付き)
血圧計本体:長さ170mm 重量120g	
カフ:重量120g	

3. アクセサリー

107	カフ 成人用 1チューブ(上腕部サイズ24~32cm)
120	カフ 成人用小 1チューブ(上腕部サイズ17~26cm)
122	カフ 成人用大 1チューブ(上腕部サイズ32~42cm)
125	カフ 大腿用 1チューブ(大腿部サイズ42~50cm)
127	カフ 大腿用XL 1チューブ(大腿部サイズ50~70cm)
129	カフ 小児用 1チューブ(上腕部サイズ13~20cm)
132	カフ 幼児用 1チューブ(上腕部サイズ7.5~13cm)
134	カフ 乳児用 1チューブ(上腕部サイズ5~7.5cm)
10351	送気球 ゴム球のみ

4. 動作原理

心臓の収縮によって生ずる動脈の拍動をカフ内圧としてとらえ、血圧を測定します。
聴診器によってコロトコフ音を聞き取り、音が聞こえ始めた時のカフ圧(最高圧力)と音が消失した時のカフ圧(最低圧力)を圧力計から読みとります。

【品目仕様】

ゲージの指示精度: ±3mmHg
接続部より、意図しない空気の漏れがないこと。

【使用目的、効能又は効果】

聴診法による血圧測定をするために使用する。

【操作方法又は使用方法】

- 1患者の上腕(大腿)の太さに応じたカフを選択してください。
矢印の範囲内にインデックスライン(白色)が収まっているか確認します。
- 2動脈インデックスマークを上腕動脈の上に位置させ、カフの下縁が肘関節の2~3cm上方に巻きます。
- 3予想される収縮期または触診法で得た値より20mmHgくらい加圧します。
- 4圧を下げながら、聴診器にてコロトコフ音を聴き、ゲージから最高血圧と最低血圧を読み取ります。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

・常温、常湿による保管

【使用上の注意】

- 1血圧変動をきたす要因を極力排除し、測定前には安静を保たせる。
- 2チェストピースをカフの中に入れ込まないでください。
- 3一拍動一盛り(2mmHg)の速さで減圧してください。
- 4カフを長時間巻くと末梢がうっ血をおこすので手早く実施してください。
- 5繰り返し測定するときは、カフをはずし1~2分間待って再度測定する。
その時には、圧迫していた部位を充分にマッサージしてください。

【保守・点検に係わる事項】

クリーニング

血圧計本体、送気球は湿った布で拭いてください。カフは、湿らせた布で清掃するか又は石鹸水で洗浄できます。
ブラダーは湿った布で拭いてください。

【包装】

本体:1台 アクセサリー:1パック毎

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

日本ライト株式会社

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

製造業者

リースター

ドイツ ユンギゲン

(お問い合わせ先)

神戸本社:〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

取扱説明書を必ずご参照ください。