器具器械(30)結紮器及び縫合器
一般医療機器 持針器(12726010)

ベケット持針器

【禁忌・禁止】

- ・本製品を曲げ、切削、打刻(刻印)等の二次的加工をすることは折損等の原因となるので絶対に行わないこと。
- ・使用目的に示した目的以外には、使用しないこと。
- 患者を傷つけたり、器具の破損につながるおそれがあります。

【形状・構造及び動作原理等】

1. 構成
品番	仕様
	ベケット持針器
2. 寸法及び質量
寸法:長さ	115mm~117mm
幅	18mm
重量:	10g
3. 材質
	チタン

【使用目的、効能又は効果】

本製品は、白内障手術時等の縫合を補助するために用いる医療用結紮器である。

【操作方法又は使用方法】

本品を手を持ち、ハンドル部を押して物を挟むようにして使用する。

【使用上の注意】

1. 熟練した者以外は本品を使用しないこと。
2. 本製品を使用する前に、必ず洗浄・滅菌をすること。
3. 本製品を使用目的(手術・処置等の医療行為)以外の目的で使用しないこと。
また、折損、曲り等の原因になり得るので使用時に必要以上の応力を加えないこと。
4. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液に浸漬すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵保管にあたっては、洗浄した後、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず乾燥をすること。
2. 滅菌済のものを貯蔵・保管するにあたっては、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管するとともに、有効保管期間の管理を行うこと。
3. 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気等により悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
4. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄

1. 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、感染防止のために洗浄・消毒すること。
2. 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
3. 洗浄装置(超音波洗浄装置等)で洗浄するときには、先端部どうしが接触して損傷することがないように注意すること。
4. 腐食作用の強い塩素系の薬剤は洗浄に使用しないこと。(腐食やサビの原因になる)
(洗剤を完全に洗い流さないと腐食やサビの原因となる)
6. 水洗い後、ガーゼ等で水滴を拭き取り、乾燥させること。
7. 洗浄、乾燥後は殺菌性の水溶性潤滑剤を塗布すること。(潤滑剤の膜は腐食やサビから器具を守る)
8. 材質の異なる器具と一緒に洗浄しないこと。(サビやキズなどの原因となる。)

2. 滅菌

滅菌方法: 高圧蒸気滅菌(各病院の滅菌基準による)
滅菌を行う場合は器具の乾燥状態を確認の上、行うこと。
(乾燥していないと滅菌不良が発生する可能性がある。)

【包装】

1本/1箱

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者
日本ライト株式会社
〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

製造会社
Beckett Instruments
イギリス

(お問い合わせ先)

神戸本社: 〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055