

作成年月日: **2006年1月27日(第4版)
**2003年10月31日(第3版)

医療機器届出番号: 28B2X00002002115

器具器械(13)聴診器
一般医療機器 機械式聴診器(13755000)
ウェルチアリン聴診器 エリート

【禁忌・禁止】

- ・本製品の分解・改造・修理を行わないでください。
- ・滅菌のために薬液に浸漬させないでください。
- ・本製品を加熱や蒸気による滅菌、またはプラズマ滅菌はしないでください。
- ・本製品を、他社のアクセサリと併用しないでください。

【形状・構造及び原理等】



1. 構成

(本品は以下の構成からなる)

チェストピース部、バイノーラル部

品 番	品 名	色
5079-125	ダブルヘッド	ブラック
5079-270	ダブルヘッド	バーガンディー
5079-271	ダブルヘッド	ネイビー
5079-284	ダブルヘッド	フォレストグリーン
5079-122	ダブルヘッド 22"チューブ	ブラック

2. 寸法及び質量

寸法: 全長 63cm
重量: 210g

3. 動作原理

チェストピース部で心臓及び肺の音を採音し、Y字型チューブでその音を伝達し、バイノーラル部のイヤークリップを介して音を聴く。

【使用目的、効能又は効果】

心臓及び肺の音を聴くために用いる機械式の聴取装置をいう。
通常、リスニングヘッドに膜があり、この膜が分岐Y字型チューブによってイヤークリップ(ユーザの耳に挿入する)を備えたヘッドギアに接続されている。

【品目仕様等】

(外観)

ひび割れ、キズその他の有害な欠点がなく、仕上げが良好なこと。

(性能)

ダイヤフラム側及びベル側とも音が確実に聴こえること。

【操作方法又は使用方法】

1. イヤークリップを耳に挿入する。
耳金具は角度調整ができますので、適度な角度に合わせてください。
2. チェストピースを、聞きたい被験者の部位に当てる。
3. 高周波音・低周波音は本体のチェストピース部のシリンダーを回転させることで、各音域の聴診が可能です。

【使用上の注意】

【禁忌・禁止】事項の滅菌は禁止ですが、接触感染が考えられるので、本体を清潔に保つようにしてください。

【保守・点検に係る事項】

- ・イヤークリップとチューブは、アルコールまたは、中性洗剤で清拭してください。清拭後は完全に乾燥させてください。
- ・滅菌する場合は、低温ガス滅菌で行い、エアレーションは2日間実施してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

・水濡れに注意し、直射日光及び高温・多湿を避けて保管してください。

【包装】

本体: 1箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

日本ライト株式会社

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F

TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

製造会社

Welch Allyn Inc

アメリカ合衆国 ニューヨーク州

【お問い合わせ先】

神戸本社: 〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F

TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

東京本社: 〒113-0033 東京都文京区本郷4-1-11

TEL 03-3814-5835 FAX 03-3813-1406