

器具器械(02)医療用照明器
一般医療機器 額帯灯(11963000)

ハマトスーパーLEDパーソナル・プチS

【警告】

・医師または訓練を受けた方以外の使用はしないようにしてください。

【禁忌・禁止】

- ・本製品の分解、改造、修理を行わないでください。
- ・本製品の滅菌は行わないでください。
- ・本製品と他社アクセサリーの併用は避けてください。

【形状・構造及び原理等】

1.構成

本器は下記の構成からなる。

- ①ライト部
- ②ホークアイフレーム部

2.寸法及び重量

(ホークアイフレーム)

寸法 幅135mm ,長さ230mm、重量40g

3.動作原理

充電電池を電源とし、ライト部のLEDが点灯し前方を照射する。

【使用目的又は効果】

患者の耳鼻咽喉部、歯部等の診断・治療用の額带式照明機器。

【使用方法等】

1.フレームを耳に装着する。

2.ライト部のスイッチを入れる(ツマミを押す)とLEDライトが点灯する。

3.スイッチを切る(ツマミを押す)とLEDライトが消灯する。

【使用上の注意】

- ・滅菌は行わないでください。
- ・ライト部のレンズ部分を素手で触れないようにしてください。
- ・ライト部分の調整は丁寧に扱ってください。

【保管方法及び有効期間等】

高温・多湿な場所を避けて保管して下さい。

【保守・点検に係る事項】

- 1.レンズ表面にほこり、ごみなどが付着した場合はハケやブロアで優しく除去すること。
- 2.中性洗剤、ガラスコップ用洗剤の使用は避けてください。

-クリーニング-

ライト本体は防水性ではありませんので、液体に浸漬したり、オートクレーブ滅菌を行わないでください。また、EOG、プラズマ滅菌等を使って滅菌しないでください。本品は滅菌対応品ではありません。ぬるま湯か中性洗剤を含んだ布で拭きクリーニングを行ってください。

【主要文献及び文献請求先】

日本ライト株式会社

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(製造販売業者)

日本ライト株式会社

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

(製造業者)

日本ライト株式会社

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F