

機械器具 25 医療用鏡

一般医療機器 歯鏡 JMDNコード：31776000

販売名： エルゴノミックミラーハンドル

****【形状、構造及び原理等】**

〈外観図〉

図－1



〈基本構成、仕様等〉

- ①本品は、ミラーハンドルである。
- ②本品の形状は、図－1 のとおりである。
- ③本品の材質は、ステンレス鋼である。

***【使用目的又は効果】**

本品は、歯科口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具で、ミラーハンドルとして使用する。

***【使用方法等】**

本品は、別売りのミラーヘッドと組み合わせて、歯科口腔診査又は圧排のための歯鏡として使用する。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

- ①使用前
 - ・本品をミラーヘッドと組み合わせる際、ネジ部のサイズ、タップが合っていることを確認し、ネジ部が破損しないよう丁寧に締めること
 - ・使用前にハンドルのネジ部にゆるみがないか確認し、ゆるんでいた場合は確実に締めること。
- ②使用中
 - ・視野の行き届かない術野で使用しないこと。
 - ・歯科治療以外の目的で使用しないこと。また、使用時に必要以上の力を加えないこと〔折損・曲がりなどの原因になり得る〕。

***【使用上の注意】**

〈重要な基本的注意〉

- ①使用前、患者ごとに洗浄・滅菌（【保守点検に係る事項】参照）を行うこと。
- ②使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等を速やかに除去し、感染防止のために洗浄・消毒すること。
- ③本品は、歯科医療有資格者以外は使用しない事。
- ④本品は精密機器につき、粗雑な取扱いをしない事〔器具の寿命を著しく低下させる恐れがある〕。
- ⑤本製品の使用によりアレルギー反応が現れた場合は、使用を中止すること。
- ⑥本品使用において、必要であれば開口器等を用いて開口状態を保持すること。

***【保管方法及び有効期間等】**

- ①腐食や汚染を防ぐため、洗浄後は必ず乾燥させること。また、保管中は水分が付着しないよう注意すること。
- ②錆びのある器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と一緒に保管、収納しないこと。
- ③本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- ④清潔で乾燥した、汚れの付着しない場所に保管すること。

***【保守・点検に係る事項】**

- ①洗浄・滅菌の際は以下の事項に留意すること。
 - ・洗浄、滅菌するときは ミラーヘッドとミラーハンドルを取り外した状態で行うこと。
 - ・洗浄には歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
 - ・薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に記載された使用上の注意を守り、使用説明書に従って使用すること。薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがあるので、使用する洗浄剤の金属に対する腐食性に注意すること。
 - ・洗浄、消毒、滅菌には精製水を使用すること。水道水を使用すると、塩素イオンの影響で金属腐食を起こすことがある。

- ・加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器など）の乾燥温度に注意すること。高温での乾燥により、器質が変質または変色することがある。
- ・腐食（錆び）の原因となるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール・金ブラシを使用しないこと。
- ・洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。また、水位や洗浄剤の濃度、温度に関しては洗浄装置の取扱説明書に従うこと。

②使用前・使用後には以下の点検を行うこと。

- ・接合部に錆びや剥離等がないこと。
- ・その他、損傷、摩耗、腐食、汚れ、又は機能していない部位がないこと。

上記に異常が見られた場合は使用を中止すること。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

①製造販売業者 株式会社東京歯材社

②電 話 03-3823-7501

③製造業者 ・E. HAHNENKRATT GmbH
ハーネンクラット
・Tekno-Medical
Optik-Chirurgie GmbH
テクノメディカル
(国名：ドイツ)