

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 (70907000)
正宗ミラーポリッシュ メタル

【形状・構造及び原理等】

- 1) 成分
酸化アルミニウム
- 2) 形状
230 g

【使用目的又は効果】

- ・補綴物等の研磨に用いる器材で、主な用途はパラジウム合金、コバルトクロム合金等の中間仕上げまたは最終仕上げに用いる研磨剤。

【使用方法等】

- ・本材をバフ、ブラシ等の付け、回転させながら研磨対象物に接触させ、使用回転数 10,000rpm 以下でしようすること

【使用上の注意】

- 1) 使用上の注意
 - ①使用前、使用後に点検を行い、汚染がある場合は除去すること。
 - ②整備点検された歯科用、及び歯科技工用回転駆動装置の内、回転数を指定回転数値以下で安定して使用できるものを回転駆動力とすること。
 - ③ブラシ、バフ等を使用する場合には、その説明書に表示してある使用上の注意事項を守ること。
 - ④歯科用マンドレールを使用する際、その説明書に表示してある使用上の注意事項を守り、使用する機械製造業者の指定に従って軸ぶれ緩みのないように軸の 2/3 以上チャッキングさせること。
 - ⑤マンドレールが折れ曲がったりすることがあるので無理な角度、過度の加圧での使用はさけること。
 - ⑥軸部の損傷、変形等がある場合、使用を中止すること。
 - ⑦指定の回転数を超えて使用しないこと。
 - ⑧本材は記載の用途以外には使用しないこと。
 - ⑨本材は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 2) 重要な基本的注意
 - ①目の損傷を防ぐ為に、保護眼鏡等を使用すること。
 - ②万一目に入った場合には、直ちに大量の流水で洗浄した後、眼科医の診断を受けること。
 - ③本材及び、切粉の飛散に備え保護カバー、集塵等をして周囲の安全を確保し、粉塵による人体への影響を避けるため、公的機関が許可した防塵マスクなどを使用し、集塵を吸入しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[貯蔵・保管方法]

- ・室温保存
- ・本材は高温・多湿となる場所に保管しないこと。
- ・本材は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【保守・点検に係わる事項】

- ・不純物が入っていないか確認する

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 内外歯材株式会社
住所： 〒543-0062
大阪府大阪市天王寺区逢阪 2-3-10
電話番号： 06-6771-5553
FAX 番号： 06-6779-7518

製造所業者名： 株式会社ヨシオカ