*2019年4月9日作成（第4版）　　医療機器届出番号：27B3X00094Y07016
2017年10月（第3版）新規記載要領に基づく改定
2006年4月 7日作成（第2版）
2003年1月10日作成（新様式第1版）

歯科材料7　歯科用ワックス
一般医療機器　歯科汎用ワックス(31836010)

ファイナル

【形状・構造及び原理等】
1）成分
エチルアセトン、メチルアセトン、エチルメチルケトン
2）形状
18ml入り

【使用目的又は効果】
作製したワックスパターンの傷消し、ワックスの不足部分に塗布する。

【使用方法等】
1） 商品キャップ部に付属されている筆、もしくは市販の筆を使いワックスに塗布します。
2） 乾燥後、通常方法に従い埋没します。

【使用上の注意】
1）使用上の注意
①本材は可燃性なので、使用の際、火傷をしないよう注意する事。
②使用及び保管場所には、消火装置を備える事。
③本材は説明書に記載の用途以外には使用しない事。
④本材は歯科医療有資格者以外は使用しない事。
2）重要な基本的注意
①本材の使用により発疹、湿疹、発赤、腫瘍、かゆみ、かぶれ等の過敏反応が現れた術者は、直ちに使用を中止し、専門医の診断を受ける事。

【保管方法及び有効期間等】
［保管方法］
・室温保管
・本材は高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に保管しない事。
・本材は火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しない事。
・本材は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理する事。
［使用期限］
・使用期限は商品に明記しています。

【保守・点検に係わる事項】
・不純物が入っていないか確認する事。

【製造販売業者又は製造業者等の氏名又は名称等】
製造販売業者：　内外歯材株式会社
住所　　：　〒543-0062
　　大阪府大阪市天王寺区逢阪2-3-10
電話番号　：　06-6771-5553
ＦＡＸ番号　：　06-6779-7518

外国製造所　：　YETI DENTAL社
国名　　：　ドイツ