

magico MAG(マグ)ソール

【禁忌・禁止】

1. ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内埋込み型医用電気機器を使用している方は使用しないで下さい。
2. 脳せき(脊)髄液短絡術用圧可変式シャントなどの磁気影響を受ける可能性のある医用電気機器を使用している人は使用しないで下さい。

【形状・構造及び原理等】



1. 構成

本体 2本 1組

2. 動作原理

本製品は、磁気サポーターとして用いる磁気治療器であり、永久磁石から出た磁力により血行を促進しコリの緩和に用いるものです。

【使用目的又は効果】

装着部位のコリ及び血行の改善。一般家庭で使用する。

【使用方法等】

磁石面(有窓面)を素足の土踏まずに当て、ゴム紐で留める形で履いてください。

【使用上の注意】

1. 医師の治療を受けている人や下記の人には必ず医師と相談の上でご利用ください。

- (1)悪性腫瘍のある人
 - (2)心臓に障害のある人
 - (3)妊娠初期の不安定期または出産直後の人
 - (4)糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
 - (5)皮膚に感染症及び又は創傷のある人
 - (6)安静を必要とする人
 - (7)体温38℃以上(有熱期)の人
- 例1. 急性炎症症状[けん(倦)怠感, 悪寒, 血圧変動など]の強い時期。
- 例2. 衰弱しているとき

(8)ねんざ(捻挫), 肉離れなどの急性[とう(疼)痛性]疾患の人

2. 他の治療器と同時に使用しないでください。

3. 使用しても効果が現れない場合は医師または専門家に相談してください。

4. 頭部への使用はおやめください。

5. 使用する前には次のことにご注意ください。

- (1)時計、磁気カードなどの磁気の影響を受けるものには近づけないでください。
- (2)縫製品破れの有無の点検及び磁石の入っている部分を含め繊維部分に破れ等故障がある場合は使用しないでください。
- (3)しばらく使用しなかったときには、表面に金属などの異物が吸引付着していないことを確認してください。

6. 使用中には次のことにご注意ください。

- (1)製品に故障が発見されたときは、使用を直ちに中止してください。
- (2)身体に異常を感じたときは、使用を直ちに中止してください。
- (3)装着部に発疹、発赤、かゆみなどの症状が現れたときは、使用を直ちに中止して、専門医にご相談下さい。
- (4)磁気共鳴画像診断装置(MRI)の検査を受ける人は、検査の前に使用を中止して下さい。
- (5)長時間ご使用になる際は適度に脱着を行ってください。
- (6)アレルギー体質、湿疹性、汗でかぶれやすい方のご使用はお避けください。

【取扱い上の注意】

製品の故障及び取扱いには次のことにご注意ください。

- (1)製品は、改造しないでください。
- (2)製品の故障時は、勝手に修理等せずお客様がご購入された場所にご連絡ください。
- (3)本来の目的以外にはご使用にならないでください。

【保守・点検に係る事項】

使用後、保管には次のことにご注意ください。

- (1)製品を廃棄する時には、お住まいの市町村の廃棄方法に従ってください。
- (2)万一磁石が取れてしまった場合、その磁石を誤って飲み込むと窒息・内臓疾患の恐れがあるので、小さい子どもの手の届くところに製品を置かないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者: 中山式産業株式会社

住 所: 〒116-0003 東京都荒川区南千住 6-56-10

電 話: 0120-03-1848