2016年 04月 07日作成 (第1版)

歯09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

青 棒

【形状・構造及び原理等】

原材料:酸化クロム、酸化アルミニウム、動物性油脂(魚脂)、
植物性油脂、鉱物性油脂

形状:ブロック型台形

原理:本品をブラシ又はパフに付着させ、回転させて技工物に接触
させることで物理的に研磨効果が得られる。

【使用目的又は効果】

酸化クロム、酸化アルミニウム、及び特殊油脂からなる歯科用研磨材
1.本研磨材は、金パラ合金、高カラットメタル、銀合金等の研磨に使用
する。
2.補綴物等に用いる器材であり、主な用途は金属床、レジン床の最終
仕上げ研磨。また切削力を重視しておりますので、研磨工程の省略、
研磨工程の時間短縮を目的とした研磨材である。

【使用方法等】

(使用方法)

- 1.研削機械(レーズ、グラインダー)に装着したブラシ、パフに付着させ、
任意の回転数で回転させて被加工物表面に接触させる。
- 2.通法によってはカーボランダム等で行ってください。
- 3.形態修正後ロビンソンブラシ、フェルト等に本材を適量付着させ
研磨対象物を研磨します。
- 4.作業終了後に、通法により洗浄してください。

(使用方法に関する使用上の注意)

本研磨材の回転数は8,000回転から10,000回転ぐらいで研磨
します。尚、本研磨材を付着させすぎないよう注意してください。
くもりが発生します。

【使用上の注意】

(使用注意)

- 1.使用目的以外の目的で使用しないこと。
- 2.歯科技工士、歯科医師以外は使用しないこと。

(重要な基本的注意)

- 1.万一目に入った場合には、こすらずに直ちに水で十分洗い流して
ください。
- 2.研磨作業の際にはとびちりにより人体への影響を避けるため、防塵
マスク等を使用すること。また、目の損傷を防ぐために保護めがねを
使用すること。
- 4.ブラシ、パフ等を使用する場合には、その説明書に表示してある
使用上の注意事項を守ること。

【保管方法及び有効期間】

- 1.水分、直射日光及び腐食性薬剤とその蒸気の暴露をさけて、
外圧(物理的負担)及び汚染を受けないように保管すること。
- 2.本材は歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理
すること。

【包装】

質量:450g/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 中川セラミックス株式会社

住 所 〒558-0023

大阪府大阪市住吉区山之内1丁目17番14号

電 話 番 号 06-6695-3277