社内管理番号　骨045

** 2025年 6月改訂（第3版）
＊ 2020年10月改訂（第2版）

医療機器製造販売承認番号：21600BZZ00634000

医療用品 （4） 整形用品
高度管理医療機器 体内固定用コンプレッションヒッププレート 34003000
（体内固定用ネジ 16101003、体内固定用ワッシャ 36198003）

ウルチマヒップスクリューS

再使用禁止

【警告】
〈使用方法〉
インプラント材料を患者に使用した後、抜去するまで患者に対する術後指導を十分に行うこと。
［術後、インプラントが十分固定される前に過負荷を与えると折損等が起こり、不具合発現の危険性が高まるおそれがある。］

【禁忌・禁止】
〈適用対象（患者）〉
1.感染症の患者に使用しないこと。
［感染巣の転移や敗血症併発のおそれがある。］
2.神経障害、精神障害、アルコール中毒または薬物中毒など、術後指導の徹底が困難な患者に使用しないこと。
［医師の指導に従えず、術後管理が十分に行えないため、治療が長期化し、不具合発現の危険性が高まるおそれがある。］
3.金属や異物に対して重篤なアレルギーがある患者に使用しないこと。
〈併用医療機器〉
1.材質の異なるインプラント材料と併用しないこと。
（「相互作用」の項参照）
〈使用方法〉
1.再使用禁止
2.再滅菌は品質の低下や汚染の可能性があるため、行わないこと。

【形状・構造及び原理等】
1.組成：Ti-6Al-4V合金
2.形状・構造
本システムを構成する各製品の形状は以下のとおり。
本添付文書に該当する製品の製品名、サイズなどについては、包装表示ラベルに記載されていますのでご確認下さい。



【使用目的又は効果】
大腿骨頸部骨折、大腿骨顆部骨折等の骨折部位を固定するために使用する。

【使用方法等】
1.骨折した大腿骨骨頭のアライメントを調整する。
2.ラグスクリュー挿入穴、及びプレートバレル部分の穴を開ける。
3.ラグスクリューを設置し、ラグスクリューに沿ってプレートを挿入する。
4.プレートのステム部分をコーティカルスクリューで固定する。
5.必要に応じてキャニュレテッドスクリュー、ワッシャーで固定する。
6.必要に応じてコンプレッションスクリューでラグスクリューを圧迫する。

** ［使用方法等に関連する使用上の注意］
** ・スクリュー設置の際、専用のドリルガイドを使用しドリリングすること。［使用しない場合、スクリューの破損、変形、ずれが生じる場合があります。］
** ・ガイドワイヤーが意図しない方向に進んで周囲の組織内に進入しないように（X線透視）イメージインテンシファイヤーを用いてキャニュレイティッドスクリュー用のガイドワイヤーの位置を頻繁にチェックしてください。
** ・中空内に骨砕片（いわゆる‘骨屑’）が集積しないように、中空構造を持つ器具はこれを術中に除去してください。

【使用上の注意】
1.使用注意（次の患者には慎重に使用すること）
(1)骨形成、骨量・骨質が十分でない患者［十分な骨固定が得られず、骨折や製品の折損等により不具合発現の可能性があります。］
(2)糖尿病、関節リウマチなどの患者［骨形成が阻害され骨治癒が遅れることにより、不具合発現の可能性があります。］
(3)変性疾患の患者［製品との形状不適合等により、不具合発現の可能性があります。］
(4)骨粗しょう症の患者［骨との固定が十分でない、または骨治癒が遅れることにより、不具合発現の可能性があります。］
(5)てんかんの患者［医師の指導に従えず、術後管理が十分に行えないことにより、不具合発現の可能性があります。］
(6)肥満体の患者［患者の負荷のため骨との固定に失敗したり、製品の変形や破損により不具合発現の可能性があります。］
** (7)活動性の高い患者［本品に過度の負荷がかかり、マイグレーションや折損等を発生する可能性がある。］
2.重要な基本的注意
・インプラントを挿入又は抜去する際、インプラントどうしが接触しているとインプラントの破損（スクリュースレッドの剥がれやヘッドの折損等）を起こすことがあるので十分注意し、慎重に行って下さい。
万一インプラトの破損が生じた際は、創を十分に観察し、破損片を確実に除去すると共に、十分な洗浄を行って下さい。
＊ ・本品については、試験によるMR安全性評価を実施していない。
MRI（磁気共鳴画像診断装置）検査において、温度上昇、マイグレーションやアーチファクトが発生する場合がある。
3.相互作用
併用禁忌・禁止（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
材質の異なる製品	腐食による不具合により危険性が高まるおそれがある。	異種の金属が相互に触れ合うと、電気化学的腐食効果により腐食が生じるおそれがある。

4.不具合・有害事象
不具合・有害事象が認められた場合は直ちに適切な処置を行って下さい。
** (1)重大な不具合
** ①折損、変形、緩み
** ②抜去困難
** ③ずれ
(2)重大な有害事象
①骨短縮
②術後侵襲に起因する神経損傷
③骨壊死
** ④貫通（骨頭穿孔、カットアウト）
** ⑤破損片等の体内遺残
** ⑥感染
** ⑦骨折

使用するインプラントの手術手技書を必ず参照ください。

⑶その他の有害事象
①偽関節・遷延治癒
** ②金属・異物アレルギー反応
③骨密度低下
④痛み・不快・違和感
⑤血行再生阻害

5.高齢者への適用

高齢者は一般的に骨量・骨質が十分でないことが多いので、慎重に使用し、治療の経過にも十分に注意して下さい。

6.その他の注意

外装箱に貼付されている開封シールが剥がされた製品は、品質管理上の問題が生じる為、返却しないで下さい。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：高温、多湿、直射日光を避けて保管して下さい。
有効期間：包装表示ラベルに記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

** ・製造販売業者
ナカシマヘルスフォース株式会社
TEL. 086-279-6278（代表）