

医療用品（4）整形用品
 一般医療機器 医療用不織布
 JMDNコード 34655000
滅菌パッド
STERILE PAD


再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、レーヨン不織布と孔付ポリエチレンフィルムからなる
 医療用不織布である。
 本品は滅菌済みである。

***、**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

[製造販売元]

ニチバン株式会社

〒102-8811 東京都千代田区麹町5-1

[お問い合わせ窓口]

ニチバン株式会社 お客様相談室

電話 0120-377-218

受付時間：9:00～12:00、13:00～16:00（土・日・祝日を除く）

品番	寸法
YMS	50mm×50mm
YMM	60mm×75mm
YML	80mm×100mm

【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる。

【使用方法等】

包装を開いて本品を取り出し、創傷又は外科切開部を被覆・保護する。

【使用上の注意】**1.重要な基本的注意**

*1) 本品の使用中に、適用部位に感染又は皮膚障害（発疹・発赤、水疱、皮膚剥離、かゆみ等）と思われる症状が現れた場合は、使用を中止し、適切な治療を行うこと。

2) 本品の使用中に、濡れたり汚れたりした場合、もしくは血液や渗出液などの漏れがみられた場合は、直ちに新しいものに貼りかえること。

2.その他の注意

1) 開封後は、直ちに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存する。

使用期限：個箱に表示（自己認証データによる）