*2023年 4月改訂（第2版）
2015年11月作成

医療機器届出番号:27B1X00045000120

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器　カテーテルコネクタ　32339000

ニプロ排液チューブキャップ

再使用禁止

【禁忌･禁止】
1. 使用方法
 1)再使用禁止

【形状・構造及び原理等】
1. 形状・構造
本品は、吸引器のチューブ先端と吸引カテーテルを接続するコネクタである。
吸引器のチューブ先端に本品のオスコネクタを接続し、メスコクタに吸引カテーテルを接続する。吸引カテーテルと接続していないメスコネクタは、キャップを閉めることで、排液漏れを防止できる。



【使用目的又は効果】
カテーテルを容器等の別の対象物に接続する機器である。

【使用方法等】
1. 包装を開封し、本品を取り出します。
2. 本品のオスコネクタを吸引器のチューブ先端に接続し、キャップを閉めます。
3. 吸引の際はキャップを外し、本品のメスコネクタを吸引カテーテルのコネクタに接続します。
4. 吸引後、吸引カテーテルを外し、キャップを確実に閉めます。
5. 使用後は感染防止に留意し、安全な方法で廃棄してください。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞
1. 吸引器のチューブ、吸引カテーテルとの接続は確実に行ってください。［外れるおそれがあります。］
2. キャップを閉めた際には、確実に閉まっていることを確認してください。［排液が漏れ、汚染されるおそれがあります。］

【使用上の注意】
1. 重要な基本的注意
1)吸引器のチューブや吸引カテーテルとコネクタの接続部には過度に引っ張る、押し込む、折り曲げるような負荷をかけないよう注意すること。[外れ、破損等が発生するおそれがある。]

2. 相互作用（他の医薬品、医療機器等との併用に関すること）
1)吸引器のチューブ、吸引カテーテルのコネクタのサイズによっては接続できない、あるいは接続部が外れやすい場合や吸引後、吸引カテーテルが外しにくい場合があるため注意すること。

3. 不具合・有害事象
1)その他の不具合
(1)破損
(2)接続部の外れ
(3)キャップの外れ

2)その他の有害事象
(1)キャップ外れによる汚染

【保管方法及び有効期間等】
1. 保管方法
水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間
包装の使用期限を参照のこと。
有効期間：滅菌後3年［自己認証（自社データ）による］

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
*製造販売（お問い合わせ先）
ニプロ株式会社
フリーダイヤル：0120-226-410
受付時間：9:00～17:15（土・日・祝日を除く）

製造（輸入先）
尼普洛（上海）有限公司
［NIPRO(SHANGHAI)CORPORATION LIMITED］
中華人民共和国
［People’s Republic of China］