**2023年02月（第4版）
*2020年03月（第3版）
届出番号：26B1X10008000020

歯科材料07　歯科用ワックス
一般医療機器　歯科用パターン成形品　31836030

ジョイントキャップ

【形状・構造及び原理等】
組成：ポリプロピレン
形状：透明プラスチックモールド
原理：必要な部位で切り取り、レジン混和物を填入する

【使用目的又は効果】
修復物等の製作に用いる既製パターンをいう。材質はワックス、レジン等からなる。歯科用ワックス成形品に該当するものを除く。

【使用方法等】
1）前処理
通法により支台築造します。
2）ジョイントキャップの試適
支台形成後、ジョイントキャップを使用部位でカットします。次に、咬合関係を確かめながら試適します。試適の際には、ジョイントキャップと支台歯にレジン分のはみ出しを考慮して、歯頚部より長い目にカットします。隣接部切断面からのはみ出しを防ぐためにセロテープを貼っておくと便利です。
3）レジンの填入
即重レジンを歯頚部より少し多めに填入し、支台歯に圧接します。患者に軽く咬合させた後、レジンが硬化するまで１～２度脱着し、支台との適合を調整してください。
4）形態修正・仕上げ研磨
レジン硬化後、ジョイントキャップを剥離し、マージンなどの修正をおこないます。咬合関係を調整した後、仕上げ研磨をおこない完成です。

［使用方法に関連する使用上の注意］
1）本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に放置しないこと。

【使用上の注意】
1）使用注意
①本品の使用場所には消火装置を備えること。
2）重要な基本的注意
①本品を使用する際には、ポリプロピレンに対して発疹、皮膚炎などの過敏症がないことを確認すること。また、本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
②本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症のある術者は、手袋などを用いて直接本品に触れないようにすること。また、本品の使用により過敏症状を起こした場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】
［保管方法］
・本品は、高温、直射日光を避けて、火気厳禁の室温で保管すること。
・保管場所には、消火器具を備えること。
・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売元：株式会社ニッシン
住所　　：〒621-0001
　　：京都府亀岡市旭町樋ノ口88
ホームページ：www.nissin-dental.jp