

歯科材料07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用ユーティリティワックス 70896000
コーティングワックス

【形状・構造及び原理等】

組成：サラシミツロウ

形状：白色または淡黄色の粒状

原理：粒状のワックスを鍋に入れ加熱する。

融点：60～67℃

【使用目的又は効果】

歯科技工物を作製するために補助的に用いる多目的ワックスをいう。

【使用方法等】

- 1) 粒状のワックスを鍋に入れ加熱し、液状になったところで係留させます。
- 2) 溶解したワックスの中に焼却後の耐火模型（シンピオン-TM）を5～10分間つけます。
- 3) 溶解したワックスから取出して、ワックスが溜まらないように、耐火模型を立てるなどして、余剰なワックスを取り除いてください。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) 本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に放置しないこと。
- 2) ワックスは酸化のおそれがあるため、加熱しすぎないこと。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ①本品は可燃性のため、使用の際に火傷に注意すること。
 - ②本品を使用する際には、適切な換気（1時間あたり数回の換気）がなされている場所で使用すること。また、消火器具を備えること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本品は、高温、直射日光を避けて、火気厳禁の室温で保管すること。
- ・保管場所には、消火器具を備えること。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元：株式会社ニッシン

住所：〒621-0001

：京都府亀岡市旭町樋ノ口88

ホームページ：www.nissin-dental.jp

販売元：株式会社アイキャスト

電話番号：0120-228582（フリーダイヤル）

電話受付時間 月～金（祝日を除く）

午前10:00～12:00 午後1:00～5:00