届出番号：26B1X10008001052

歯科材料07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科汎用ワックス 31836010

ベゴ スキャンワックス

【形状・構造及び原理等】

組成：パラフィンワックス、カルナバワックス、他
形状：常温で固形
原理：加熱により軟化・溶解する。

項目	仕様
軟化温度	約62℃

【使用目的又は効果】

口腔内の印象採得、試適用のワックスパターン、インレー・クラウンのパターン製作などに用いるワックスをいう。他に名称を定めるものを除く。
スキャンスプレーの要らないダブルスキャンに用いるCAD/CAMスキャニング用のワックスである。

【使用方法等】

1）加熱されたインスツルメントを使用し、適度に軟化させたところで支台歯模型等に盛り上げていきます。
2）上記作業を繰り返し、補綴物の形状を作製します。
3）彫刻刀などを使用して補綴物外形を完成させます。
4）3Dスキャナーを使用する場合は、当該機器の使用方法に従い作業してください。

【使用上の注意】

1）使用注意
①本品は、可燃性のため使用の際に火傷に注意すること。
②本品を使用する場所には、消火器具を備えること。

【保管方法及び有効期間等】

［保管方法］
・本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）には放置しないこと。
・使用及び保管場所には、消火器具を備えること。
・本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元：株式会社ニッシン（選任製造販売業者）
住所　　：〒621-0001
　　：京都府亀岡市旭町樋ノ口88
ホームページ：www.nissin-dental.jp
製造元　　：ベゴ　ブレーマ　ゴールドシュレーゲライ
　　ウイルヘルム　ヘルブスト　ゲ　エム　ベ
　　ハ　ウンド　コ　カゲ
　　BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh.Herbst GmbH & Co.KG
国名　　：ドイツ
販売元　　：株式会社アイキャスト
電話番号　：0120-228582（フリーダイヤル）
　　電話受付時間 月～金（祝日を除く）
　　午前10：00～12：00　午後1：00～5：00