届出番号：26B1X10008001054

歯科材料07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科汎用ワックス 31836010

ベゴ スキャンブロック

【形状・構造及び原理等】

組成：パラフィンワックス、カルナバワックス、他
形状：常温で固形
原理：加熱により軟化・溶解する。

項目	仕様
軟化温度	約62℃

【使用目的又は効果】

口腔内の印象採得、試適用のワックスパターン、インレー・クラウンのパターン製作などに用いるワックスをいう。他に名称を定めるものを除く。
クラウンブリッジのモデリングや石こうのブロックアウトに使用するCAD/CAMスキャニング用ワックスである。

【使用方法等】

1）加熱されたインスツルメントを使用し、適度に軟化させたところで支台歯模型等に盛り上げていきます。
2）上記作業を繰り返し、補綴物の形状を作製します。
3）彫刻刀などを使用して補綴物外形を完成させます。
4）3Dスキャナーを使用する場合は、当該機器の使用方法に従い作業してください。

【使用上の注意】

1）使用注意
①本品は、可燃性のため使用の際に火傷に注意すること。
②本品を使用する場所には、消火器具を備えること。

【保管方法及び有効期間等】

［保管方法］
・本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）には放置しないこと。
・使用及び保管場所には、消火器具を備えること。
・本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元：株式会社ニッシン（選任製造販売業者）
住所　　：〒621-0001
　　：京都府亀岡市旭町樋ノ口88
ホームページ：www.nissin-dental.jp
製造元　　：ベゴ　ブレーマ　ゴールドシュレーゲライ
　　ウイルヘルム　ヘルブスト　ゲ　エム　ベ
　　ハ　ウンド　コ　カゲ
　　BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh.Herbst GmbH & Co.KG
国名　　：ドイツ
販売元　　：株式会社アイキャスト
電話番号　：0120-228582（フリーダイヤル）
　　電話受付時間 月～金（祝日を除く）
　　午前10：00～12：00　午後1：00～5：00