


医療用品 6 視力表及び色盲検査表  
一般医療機器 特殊視力検査装置 (70973000)「スペースセイビングチャート SSC-370」の付属品  
手持ち視標

## 【形状・構造及び原理等】



## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社ニデック  
電話番号: 0533-67-6151 (代)

## 1. 構成

品番	品名	内容
33290-M210	手持ち視標 1	0.9m 用 手持ち視標 (視力値 0.01/0.125)
33290-M211	手持ち視標 2	0.9m 用 手持ち視標 (視力値 0.016/0.02)
33290-M212	手持ち視標 3	0.9m 用 手持ち視標 (視力値 0.025/0.032)

## 【使用目的又は効果】

## 使用目的

光学的に遠方の視標を呈示する視力検査装置。

## 【使用方法等】

## 1. 環境条件

装置本体の仕様に準ずる。

## 2. 使用方法

手持ち視標を SSC-370 本体直前におき、視標の切れ目方向を答えてもらいます (小数值視力 0.04 未満を測定する場合)。

## 【使用上の注意】

使用する前に装置本体に付属されている取扱説明書、または電子化された添付文書を参照し、安全に関する注意事項および使用方法について十分に理解すること。

## 【保管方法及び有効期間等】

## 1. 耐用期間

装置本体の仕様に準ずる。

## 2. 保管の条件

装置本体の仕様に準ずる。

## 【保守・点検に係る事項】

## 1. 保守・点検

装置本体の取扱説明書、または電子化された添付文書を参照すること。

取扱説明書を必ずご参照ください。

「スペースセイビングチャート SSC-370」の付属品  
手持ち視標 電子添文  
33292-P9C1-A0