＊2017年3月改訂(第4版)
2016年7月改訂(第3版)(新記載要領に基づく改訂)

認証番号　22500BZX00483000

機械器具(21)内臓機能検査用器具

高度管理医療機器　特定保守管理医療機器　重要パラメータ付き多項目モニタ　33586003

「ベッドサイドモニタ　CSM-1000シリーズ　ライフスコープ G」の構成品

マルチアンプユニット　AA-910P

【禁忌・禁止】
接続する機器の付属文書を参照してください。

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本ユニットは、生体信号入力機器であり、患者の生体情報を取り込むアンプと、マルチコネクタとの通信機能をもったユニットです。
本ユニットを使用することにより、圧(Press)、サーミスタ式呼吸(thResp)、体温(Temp)、吸気酸素濃度(O_2)、二酸化炭素分圧(CO_2)、心拍出量(CO)などのパラメータを計測することができます。



<AA-910P>

2. 構成

名称・型名		個 数
(1)	本体　AA-910P	1
(2)	付属品	一式

3. 適用機種

本ユニットは、以下の機器に接続して使用できます。

名　称		承認番号／認証番号
(1)	ベッドサイドモニタ　BSM-9100シリーズ ライフスコープ J	21600BZZ00519000
(2)	ベッドサイドモニタ　CSM-1000シリーズ ライフスコープ G	22500BZX00483000

＊4. シンボルマーク一覧

本ユニットには以下のようなシンボルマークが使用されています。
シンボルマークが示す名称および意味は下表の通りです。

シンボルマーク		名称・意味
(1)		耐除細動形のCF形装着部
(2)		注意、付属文書を見よ
(3)	SN	シリアルナンバー
(4)		製造日
(5)	CE XXXX	CEマーク (XXXXはNotified Bodyの識別番号)
(6)		製造業者
(7)	EC REP	欧州代理人
(8)	背景色:青	取扱説明に従うこと
(9)		上
(10)		壊れもの
(11)		水ぬれ防止
(12)		上積み段数制限 (n は制限する段数)

【使用目的又は効果】

1. 使用目的

接続する機器の付属文書を参照してください。

【使用方法等】

接続する機器の付属文書を参照してください。

【使用上の注意】

接続する機器の付属文書を参照してください。

【保管方法及び有効期間等】

接続する機器の付属文書を参照してください。

【保守・点検に係る事項】

装置を正しく使用するために、定期点検を実施してください。
詳細は、接続する機器の付属文書を参照してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:　日本光電工業株式会社
電話番号:　03-5996-8000(代表)

日本光電
日本光電工業株式会社
東京都新宿区西落合1-31-4 〒161-8560
03-5996-8000（代表） Fax 03-5996-8091
https://www.nihonkohden.co.jp/

0654-900797F