

機械器具(21)内臓機能検査用器具

高度管理医療機器 特定保守管理医療機器 重要パラメータ付き多項目モニタ 33586003

「ベッドサイドモニタ CSM-1000シリーズ ライフスコープ G7/G5」の構成品  
拡張スマートユニット AA-672P 拡張スマートユニット AA-674P

**禁忌・禁止**


接続する機器の付属文書を参照してください。

**【形状・構造及び原理等】**


1. 概要

本ユニットは、生体信号入力機器であり、患者の生体情報を取り込むアンプと、接続する機器との通信機能をもったユニットです。本ユニットを使用することにより、圧(Press)、体温(Temp)、サーミスタ呼吸(th-Resp)、二酸化炭素分圧(CO<sub>2</sub>)、心拍出量(CO)、吸気酸素濃度(O<sub>2</sub>)、バイスペクトラルインデックス(BIS)などのパラメータを計測することができます。マルチコネクタの数によりAA-672P (マルチコネクタ×2)、AA-674P (マルチコネクタ×4)の2種類があります。

<AA-672P>



<AA-674P>



2. 構成

名称・型名		個数
(1)	本体 AA-672P/AA-674P	1
(2)	付属品	一式

3. 適用機種

本ユニットは、以下の機器に接続して使用できます。

名称		承認番号/認証番号
(1)	ベッドサイドモニタ BSM-6000シリーズ ライフスコープ TR	22000BZX01138000
(2)	ベッドサイドモニタ BSM-9100シリーズ ライフスコープ J	21600BZZ00519000
(3)	ベッドサイドモニタ CSM-1000シリーズ ライフスコープ G	22500BZX00483000
** (4)	ベッドサイドモニタ CSM-1000シリーズ ライフスコープ G7/G5	229ADBZX00128000

4. シンボルマーク一覧

本ユニットには、以下のようなシンボルマークが使用されています。

シンボルマーク	名称・意味
(1)	耐除細動形のCF形装着部
(2)	注意、付属文書を見よ
(3)	シリアルナンバー
(4)	製造日
(5)	CEマーク (XXXXはNotified Bodyの識別番号)
(6)	製造業者
(7)	欧州代理人
* (8)	取扱説明に従うこと 背景色:青
* (9)	上
* (10)	壊れもの
* (11)	水ぬれ防止
* (12)	上積み段数制限

**【使用目的又は効果】**

1. 使用目的

接続する機器の付属文書を参照してください。

**【使用方法等】**

接続する機器の付属文書を参照してください。

**【使用上の注意】**

接続する機器の付属文書を参照してください。

**【保管方法及び有効期間等】**

接続する機器の付属文書を参照してください。

**【保守・点検に係る事項】**

装置を正しく使用するために、定期点検を実施してください。  
詳細は、接続する機器の付属文書を参照してください。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者: 日本光電工業株式会社  
電話番号: 03-5996-8000(代表)

**日本光電**

日本光電工業株式会社

東京都新宿区西落合1-31-4 〒161-8560  
☎03-5996-8000 (代表) Fax 03-5996-8091

<https://www.nihonkohden.co.jp/>