

機械器具(21)内臓機能検査用器具

高度管理医療機器 特定保守管理医療機器 重要パラメータ付き多項目モニタ 33586003

# 「ベッドサイドモニタ CSM-1000シリーズ ライフスコープ G7/G5」の構成品 ニューロユニット AE-918P


## 禁忌・禁止

接続する機器の付属文書を参照してください。

## 【形状・構造及び原理等】

### 1. 概要

本装置は、生体情報モニタに使用する脳波測定ユニットです。  
主に手術室、回復室、一般病棟、ICU (NICU)、CCU、HCU、救急外来等  
において脳機能をモニタリングするために用いられます。



### 2. 構成

	名称・型名	個数
(1)	本体 AE-918P	1
(2)	付属品	一式

### 3. 適用機種

	名称	承認番号/認証番号
*	(1) ベッドサイドモニタ BSM-6000シリーズ ライフスコープ TR	22000BZX01138000
	(2) ベッドサイドモニタ BSM-3000シリーズ ライフスコープ VS	22300BZX00245000
	(3) ベッドサイドモニタ BSM-9100シリーズ ライフスコープ J	21600BZZ00519000
	(4) ベッドサイドモニタ CSM-1000シリーズ ライフスコープ G	22500BZX00483000
**	(5) ベッドサイドモニタ CSM-1000シリーズ ライフスコープ G7/G5	229ADBZX00128000

## 【使用目的又は効果】

### 1. 使用目的

接続する機器の付属文書を参照してください。

## 【使用方法等】

接続する機器の付属文書を参照してください。

## 【使用上の注意】

接続する機器の付属文書を参照してください。

## 【保管方法及び有効期間等】

接続する機器の付属文書を参照してください。

## 【保守・点検に係る事項】

装置を正しく使用するために、定期点検を実施してください。  
詳細は、接続する機器の付属文書を参照してください。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 日本光電工業株式会社  
電話番号： 03-5996-8000(代表)

# 日本光電

## 日本光電工業株式会社

東京都新宿区西落合1-31-4 〒161-8560  
☎(03)5996-8000(代表) Fax. (03)5996-8091

<http://www.nihonkohden.co.jp/>