

機械器具 (21) 内臓機能検査用器具
 高度管理医療機器 特定保守管理医療機器 重要パラメータ付き多項目モニタ 33586003
 (動脈圧心拍出量計 70050000)

「ベッドサイドモニタ BSM-5700 シリーズ ライフスコープ E7」の構成品
 マルチアンプユニット AA-174P


【禁忌・禁止】

接続する機器の付属文書を参照してください。

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本ユニットは、生体信号入力機器であり、患者の生体情報を取り込むアンプと、マルチコネクタとの通信機能をもったユニットです。
 本ユニットを使用することにより、観血血圧 (Press)、体温 (Temp)、二酸化炭素分圧 (CO₂)、心拍出量 (CO)、BIS、TOF などのパラメータを計測することができます。



** 本ユニットには以下のような図記号が使用されています。
 図記号が示す名称および意味は下表のとおりです。

図記号	名称・意味	図記号	名称・意味
	耐除細動形の CF 形装着部		製造日
	シリアルナンバー		製造業者
	CE マーク (XXXX は Notified Body の識別番号)		取扱説明に従うこと (背景色:青)
	欧州代理人		注意
	防滴 I 形機器 垂直に滴下する水に対して保護する		WEEE
	上		壊れもの
	水ぬれ防止		上積み段数制限 (n は制限する段数)

2. 構成

名称・型式	数量	**
(1) 本体 AA-174P	1	
(2) 付属品	一式	

3. 適用機種

名 称	認証番号	**
(1) ベッドサイドモニタ CSM-1000 シリーズ ライフスコープ G7/G5	229ADBZX00128000	
** (2) ベッドサイドモニタ BSM-5700 シリーズ ライフスコープ E7	306ADBZX00035000	

【使用目的又は効果】

1. 使用目的

接続する機器の付属文書を参照してください。

【使用方法等】

接続する機器の付属文書を参照してください。

【使用上の注意】

接続する機器の付属文書を参照してください。

【保管方法及び有効期間等】

接続する機器の付属文書を参照してください。

【保守・点検に係る事項】

装置を正しく使用するために、定期点検を実施してください。
 詳細は、接続する機器の付属文書を参照してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 日本光電工業株式会社
 電話番号： 03-5996-8000(代表)

日本光電

日本光電工業株式会社

東京都新宿区西落合 1-31-4 〒161-8560
 ☎03-5996-8000 (代表) Fax 03-5996-8091

<https://www.nihonkohden.co.jp/>