

2021年4月2日(新様式第1版)

届出番号27B3X00018000331

機械器具 2.2 検眼用器具

スタイルマイルド1.60 検眼レンズセット

【形状・構造及び原理等】

検眼レンズを単体または組み合わせて使用し、自覚的検査により眼の屈折補正量を測定・評価します。

枠付きレンズ（つまみ部分付き）

レンズ部分：プラスチック製、屈折率1.60、遠用度数は全て0.00D

レンズ枠部分：金属製

つまみ部分：プラスチック製

つまみ部分に商品略号、加入度数等を表示します。



【包装】

フルセットは、検眼レンズ18枚入り（左右 各9枚）

ハーフセットは、検眼レンズ10枚入り（左右 各5枚）

ただし、要望により18枚未満の単体および複数の組み合わせで、補充・販売することがあります。

【使用目的、効能又は効果】

検鏡レンズ。屈折検査用。

【使用方法等】

検眼レンズフレーム（トライアルフレーム）に検眼レンズをセットして使用します。

【使用上の注意】

屈折補正量の測定・評価以外の目的に使用しないでください。

被験者の身体に異常を及ぼさないよう、適切な検眼レンズを選択し装用時間に注意してください。

使用後は、次の使用に支障ないように清浄にしてください。

器具は改造しないで下さい。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

直射日光が当たる場所や高温・多湿の場所は避け、室内で保管してください。

風通しの良い、ほこり、や水のかからない、清潔な場所に保管して下さい。

化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないで下さい。

傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意し、保管してください。

【製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

日本レンズ工業株式会社

大阪府岸和田市下松町2丁目3-25

お問合せ先 電話 072-423-2421