

2017 年 8 月作成（第 2 版）（新記載要領に基づく改訂）
2005 年 8 月作成（第 1 版）

届出番号：01B1X00001000200

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 医療ガーゼ JMDN コード：13700000

滅菌ガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと。

【形状・構造及び原理等】

綿 100% のガーゼを折り畳んだもの。
切れ込みのあるものもある。
同一包装内に複数本品が含まれる場合がある。

【使用目的又は効果】

出血の制御、液の吸収、薬剤の塗布、擦過傷、乾燥又は汚染からの
器官の保護。

【使用方法等】

滅菌パックを開封し製品を取り出す。
本品を適宜使用する。

【使用上の注意】

体内へ留置しないこと。
本品は、再滅菌しないこと。
高温を発する機器類に接しないように注意すること。
包装が破損又は汚損、水濡れしている場合は使用しないこと。
本品は滅菌済み製品なので、使用直前に開封して使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
使用期限：個包装および外箱に記載〔自己認証による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：
日本メディカルプロダクツ株式会社
TEL：0166 - 32 - 5320