

機械器具 24 知覚検査又は運動機能検査用器具
一般医療機器 握力計 JMDN 35021000

販売名 マーチン 握力計

【禁忌・禁止】

本製品を曲げ、切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）することは、折損の原因となるので絶対に行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状

本品の形状として代表例に以下のものがある。



【使用目的又は効果】

使用目的

患者の手・前腕の筋強度を測定、検査、調節する。

使用目的又は効果に関連する使用上の注意

製品に腐蝕、錆などが認められる場合は使用しないこと。

【使用方法等】

組立方法

（ゴム球式の場合）

1. 使用用途に合ったゴム球を選択する。
2. ゴムチューブの一方に握力計本体、もう一方に選択したゴム球を接続する。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- 1) 保管環境
 - ・周囲温度：10～40℃
 - ・相対湿度：30～80%（結露なし）
- 2) 水のかからない場所に保管する。
- 3) 黄分等を含んだ空気により悪影響の生ずるおそれのない場所に保管する。
- 4) 傾斜、振動、衝撃などのない、安定した場所に保管する。
- 5) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しない。

【取扱い上の注意】

製品にキズがつかないように、注意すること。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 本体および附属品は、常に清潔に保つこと。
- 2) 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。

【主要文献及び文献の請求先】

*文献請求先

KLS マーチンジャパン株式会社（下記）

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売業者

KLS マーチンジャパン株式会社
東京都千代田区一番町 23-3
TEL03-3814-1431

製造業者

KLS Martin SE & Co. KG
（ケーエルエス マーチン 欧州会社）
ドイツ