

ECG ケーブル及びリード (GE)

(リードワイヤーセット 3/5 リード)

【禁忌・禁止】

併用医療機器

磁気共鳴画像診断装置(MRI)環境下では使用しないこと。
詳細については【使用上の注意】相互作用の項を参照すること。

【形状・構造及び原理等】

形状



2106381-003, 2106381-004

2106383-003, 2106383-004
2106383-006

2106385-003, 2106385-004

2106389-003, 2106389-004
2106389-006

2106390-003, 2106390-004

2106391-003, 2106391-004
2106391-006

2106393-002, 2106393-004



2106394-002, 2106394-004

製品の外観

構造・構成ユニット

1. 本製品は電極接続用コネクタ部、リード部、コネクタ部から構成される心電図リードワイヤーセットである。

カタログ番号	品名
2106381-003	ECG リードワイヤーセット, 5-lead, snap, IEC, 74 cm
2106381-004	ECG リードワイヤーセット, 5-lead, snap,

	IEC, 130 cm/ 51 in
2106383-003	ECG リードワイヤーセット, 5-lead, grouped, snap, IEC, 74 cm
2106383-004	ECG リードワイヤーセット, 5-lead, grouped, snap, IEC, 130 cm
2106383-006	ECG リードワイヤーセット, 5-lead, grouped, snap, IEC, mix 74 cm, 130 cm
2106385-003	ECG リードワイヤーセット, 3-lead grouped, snap, IEC, 74 cm
2106385-004	ECG リードワイヤーセット, 3-lead grouped, snap, IEC, 130 cm
2106389-003	ECG リードワイヤーセット, 5-lead, grouped, grabber, IEC, 74 cm
2106389-004	ECG リードワイヤーセット, 5-lead, grouped, grabber, IEC, 130 cm
2106389-006	ECG リードワイヤーセット, 5-lead, grouped, grabber, IEC, mix 74 cm, 130 cm
2106390-003	ECG リードワイヤーセット, 3-lead, grabber, IEC, 74 cm
2106390-004	ECG リードワイヤーセット, 3-lead, grabber, IEC, 130 cm
2106391-003	ECG リードワイヤーセット, 5-lead, grabber, IEC, 74 cm
2106391-004	ECG リードワイヤーセット, 5-lead, grabber, IEC, 130 cm
2106391-006	ECG リードワイヤーセット, 5-lead, grabber, IEC, mix 74 cm, 130 cm
2106393-002	ECG リードワイヤーセット, 5-lead C2-6, grabber, IEC, 130 cm
2106393-004	ECG リードワイヤーセット, 5-lead C2-6, grabber, IEC, 74 cm
2106394-002	ECG リードワイヤーセット, 5-lead C2-6, snap, IEC, 130 cm
2106394-004	ECG リードワイヤーセット, 5-lead C2-6, snap, IEC, 74 cm

2. 使用環境条件

周囲温度: 10~40℃

相対湿度: 10~90%(結露なきこと)

*作動・動作原理

本品は、心電波形処理機能を備えた装置に接続する ECG 測定用ケーブルである。本品と共に必要に応じて ECG リード、ECG トランクケーブル、ECG 電極等を用いて、患者の心電図信号を主として導出する。

【使用目的又は効果】

*使用目的

患者の心電図信号を心電計 (ECG) 又は心電波形処理機能を備えた装置に伝達する装置をいう。本品は、あるパターンに従って電極を用いて胸部に取り付ける。

【使用方法等】

使用方法

1. リード線を ECG トランクケーブルに取り付ける。リード線のトランクケーブル接続部をトランクケーブルのコネクタ部にあわせてしっかりと差し込む。
2. トランクケーブルをモニタに接続する。
3. 電極を貼る部分を剪毛し、患者皮膚を清拭し乾燥させる。

取扱説明書を必ずご参照ください。

4. 電極を正しい位置に貼り、スナップタイプのリード線は、最初に電極をスナップタイプリード線につけ、その後患者に貼る。電極の位置についてはモニタの取り扱い説明書を参照すること。
5. リードワイヤーセットを電極に接続する。

***組合せて使用する医療機器**

一般的名称	認証届出番号	販売名
心電計ケーブル及びリード	13B1X00150CS0012	マルチリンク ECG ケーブル
心電計ケーブル及びリード	13B2X10357000007	マルチリンク ECG ケーブル
心電計ケーブル及びリード	13B1X00150CS0009	DIN アダプタ
心電計ケーブル及びリード	13B2X10357000005	マルチリンク ECG リード
単回使用心電用電極	13B1X00150CS0069	ディスポーザブル電極 (GE)
単回使用心電用電極	13B1X00150CS0058	ディスポーザブル電極
単回使用心電用電極	13B2X10357000017	ディスポーザブル ECG 電極
単回使用心電用電極	13B1X00150CS0010	ECG 電極
単回使用心電用電極	13B2X10357000006	シルバートレース ECG 電極
重要パラメータ付き多項目モニタ	231ADBZX00022000	CARESCAPE ONE モニター
テレメトリー式心電送信機	21300BZY00344000	ApexPro テレメトリーシステム

下記の構成品については、上記に加え以下の医療機器とも組み合わせて使用可能である。

型番：2106390-003

一般的名称	認証届出番号	販売名
汎用超音波画像診断装置	226ABBZX00155000	汎用超音波画像診断装置 Vivid S70
汎用超音波画像診断装置	226ABBZX00081000	汎用超音波画像診断装置 Vivid T8
汎用超音波画像診断装置	227ABBZX00035000	汎用超音波画像診断装置 Vivid E95
汎用超音波画像診断装置	228ABBZX00125000	汎用超音波画像診断装置 Vivid iq
汎用超音波画像診断装置	302ACBZX00003000	汎用超音波画像診断装置 LOGIQ E10s
汎用超音波画像診断装置	226ABBZX00119000	汎用超音波画像診断装置 LOGIQ P9
汎用超音波画像診断装置	230ABBZX00025000	汎用超音波画像診断装置 LOGIQ E10

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・ 当社指定以外の装置と組み合わせて使用しないこと。

相互作用

併用禁忌(併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
MRI 装置	磁気共鳴画像診断装置 (MRI) 環境下では使用しないこと	誘導起電力による局所的な発熱で被験者が火傷を負うおそれ

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

周囲温度： -30～60℃

使用期間

1 年[自己認証(当社データによる)]
但し、これは推奨された環境で使用された場合で、使用状況により差異が生じることがある。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- 目視による点検
 - 外観の確認
 - 製品の外観に異常がないことを確認すること。
 - 損傷や摩耗がないこと。
 - 清浄性の確認
 - 清浄な状態であることを確認すること。
- 本品の洗浄/消毒方法および洗浄/消毒剤については取扱説明書に従うこと。
 - 洗浄後は完全に乾燥するまで使用しないこと。
- 機能の確認
 - 製品の正常状態の確認
 - 正常状態・正常動作を確認すること。
 - 異音、異臭がないことを確認すること。
 - 安全機能の確認
 - 全てのケーブルやコネクタが安全にセットされているか確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

住所： 〒191-8503 東京都日野市旭が丘 4-7-127

お問い合わせ先： 消耗品受注センター
電話： 0120-187-855

製造業者： ジーイーヘルスケアフィンランドオーワイ (GE Healthcare Finland Oy.)

国名： フィンランド

社内部品番号： 5929832

取扱説明書を必ずご参照ください。