2021 年 12 月　(第 1 版)　　認証番号　20700BZY00161000

機械器具 10 放射性物質診療用器具

管理医療機器 核医学装置ワークステーション JMDN 40937000
(核医学装置ワークステーション用プログラム JMDN 40937012)

ジニー(GENIE)

(専用ソフトウェア)

【形状・構造及び原理等】

構造・構成ユニット

本装置は以下のユニットにより構成される。
・ジニー(GENIE)専用ソフトウェア一式

詳細については、付属の取扱説明書を参照すること。

作動・動作原理

本装置はシンチレーションカメラ等の画像診断装置からネットワークを経由して転送される画像データを受信し、拡大、3D(3 次元画像表示)、及び各種データ解析等の画像解析を施すことができる。画像データは、コンピュータ内の磁気ディスク、又は外部接続記憶装置等に記録、保存することができる。

【使用目的又は効果】

使用目的

核医学画像診断装置等から提供された人体の画像情報をコンピュータ処理し、処理後の画像情報を診療のために提供すること。

【使用方法等】

設置方法

設置は、本装置を扱うための特別な訓練を受けたサービス担当者が仕様を満たす汎用情報処理装置に対して行うこと。

■仕様
インストール可能なシステムユニットおよび組み合わせる画像表示モニタの仕様詳細は設置計画書を参照すること。

使用方法

1. システムの開始
(1) インストールされた装置の電源を投入し起動する。
(2) 表示される指示に従いシステム、及びアプリケーションを起動する。
2. システムの終了
システム、及びアプリケーション固有の終了方法に従い、終了する。
使用方法の詳細については、本装置の取扱説明書を参照すること。

組み合わせて使用する医療機器

本装置は以下の医療機器と組み合わせて使用可能である。

販売名	承認番号等
核医学診断用装置 Discovery NM630	223ACBZX00079000
核医学診断用装置 Discovery NM/CT 670	222ACBZX00088000
StarGuide (スターガイド)	303ACBZX00032000
MyoSPECT (マイオスペクト)	303ACBZX00035000

※　組み合わせて使用する機器の類型、仕様、又はバージョンによっては接続できない機種もある。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

・ 推奨仕様を満たす汎用 PC にインストールすること。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

使用者による保守点検の詳細はオペレーターガイド補遺を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：
GEヘルスケア・ジャパン株式会社
住所：　〒191-8503　東京都日野市旭が丘 4-7-127

保守サービス連絡先：　カスタマーコールセンター
電話：　0120-055-919

製造業者：　ジーイー メディカル システムズ
イスラエル ファンクショナル イメージング
(GE Medical Systems Israel, Functional Imaging)
国名：　イスラエル国

社内部品番号：5887887

取扱説明書を必ずご参照ください。

GE Healthcare Japan Corporation

5887887