

特定保守管理医療機器 CARESCAPE ベッドサイドモニタシリーズ

* (CARESCAPE B850)

**【禁忌・禁止】

・可燃性麻酔ガス、及び高濃度酸素雰囲気内では使用しないこと。[爆発、又は火災を引き起こす恐れがあるため]

併用医療機器「相互作用の項参照」

磁気共鳴画像診断装置 (MRI) 環境下では使用しないこと。[発熱により被験者が火傷を負う恐れ]

【形状・構造及び原理等】

形状



装置の外観
CARESCAPE B850



フレームの外観
モジュールフレーム F5/F7

構造・構成ユニット

1. 構成

本装置は以下のユニットにより構成される。

(1) 標準構成

- ・装置本体 (プロセッシングユニット、ディスプレイ、モジュールフレーム)
- ・付属品類

*(2) オプション構成

- ・セカンダリディスプレイ
E モジュール、PDM モジュールは本装置の構成部品外である。
- ・リモートコントロール
- ・ユニティネットワーク ID

2. 電氣的定格

- ・商用電源使用時
定格電圧 AC100-240V

周波数 50/60Hz

電源入力: 1.3-3A

3. 電撃に対する保護の形式と程度

保護の形式: クラス I 機器

保護の程度:

- ・CF 形装着部を持つ機器:
ECG(心電図)測定部、観血式血圧測定部、体温測定部、心拍量測定部、混合静脈血酸素飽和度測定部、脳波測定部
- ・BF 形装着部を持つ機器:
パルスオキシメータ測定部、非観血式血圧測定部、スパイロメトリー測定部、筋弛緩測定部、聴性誘発反応検査部、ガス測定部

4. 本体寸法及び質量(高さ×幅×奥行き,質量)

寸法: ディスプレイ(19inch) 401×430×102mm、7.5kg

プロセッシングユニット 89×408×330mm、6.2kg

5. 使用環境条件(標準環境)プロセッシングユニット

周囲温度: 10~40°C

相対湿度: 15~90%

ディスプレイ

周囲温度: 0~40°C

相対湿度: 10~90%

作動・動作原理

電極、及び各種センサで検出された生体信号はモジュールに入力され、モジュールにて A/D 変換、増幅等によりデータ信号に処理され、一部解析を行った後、本体に送信される。本体ではモニタリングパラメータのリスト、測定値、及びトレンドグラフを処理・解析し、ディスプレイに表示する。各モニタリングパラメータは上限/下限を設定することによりアラーム警報状態を検出して画面に表示、及び音声にて鳴動する。本体にて処理された信号はセカンダリディスプレイにも送信され同様のデータを表示する。また、本体からユニティネットワーク ID を介して、外部機器に接続し、セントラルモニタにもデータが送信される。モジュールから送られたデータは、本体にて保存可能である。

【使用目的又は効果】

使用目的

重要パラメータ (不整脈を検出し、無呼吸を検出し、又は、麻酔等における弛緩薬及び局所麻酔薬の投与量の決定を支援するためのもの) を含む生体情報を収集し、監視すること。

【使用方法等】

使用方法

*1. 使用前の準備

- (1) プロセッシングユニットにディスプレイを接続してそれぞれ電源コードを接続する。必要であればセカンダリディスプレイ、リモートコントロール、ユニティネットワーク ID などの周辺機器を接続する。

- (2) プロセッシングユニットにモジュールを組み込んだモジュールフレームまたはモジュール機能を持つ重要パラメータ付き多項目モニタを接続して、接続を確認する。一体型の場合には、モジュールをモジュールスロットに入れ、接続を確認する。

取扱説明書を必ずご参照ください。

*2.使用開始

- (1)電源スイッチを ON にする。
- (2)各パラメータについて上／下限アラーム等の条件設定を行う。
- (3)各パラメータが正常に動作していることを確認する。

3.使用後

- (1)患者モニタリング終了後、電源スイッチを OFF にする。
- (2)使用したセンサ・ケーブルは次の使用のために清潔にしてから保管する。

組み合わせて使用する装置

(1) モジュール

重要パラメータ付き多項目モニタ	販売名「S／5 患者モニター」 承認番号 21300BZY00457000 販売名「ケアスケープ 患者データモジュール」 承認番号 22000BZX01358000 販売名「CARESCAPE ONE モニター」 認証番号 231ADBZX00022000
脳波スペクトル分析装置	販売名「E-BIS モジュール」 承認番号 22400BZY00507000
脳波モジュール	販売名「GE 生体情報モニタ用モジュールシリーズ」(E-EEGX モジュール) 承認番号 231ADBZX0001200

*(2) 麻酔システム

麻酔システム	販売名「エイシス」 承認番号 21900BZX00741000 販売名「アバンス ケアステーション」 承認番号 21600BZY00044000 販売名「Carestation 600 シリーズ」 承認番号 22700BZX00422000 販売名「アバンス CS2」 承認番号 22500BZX00349000
--------	---

(3)セントラルモニタ

解析機能付きセントラルモニタ	販売名「クリニカルインフォメーションセンタ CIC Pro」 承認番号 21300BZY00417000 販売名「ケアスケープ CIC Pro」 承認番号 22000BZX00304000 販売名「CARESCAPE セントラルステーション」 認証番号 22700BZX00186000
----------------	--

使用方法等に関連する使用上の注意

1. 可燃性麻酔ガス、及び高濃度酸素雰囲気内では使用しないこと。[爆発、又は火災を引き起こす恐れがあるため]
2. 磁気共鳴画像診断装置(MRI)環境下では使用しないこと。[誘導起電力による局所的な発熱で被験者が火傷を負うことがあるため]
3. 液体が装置に入らないようにすること。[感電や装置の誤作動を避けるため]

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 本装置を複数の患者に同時に使用しないこと。
2. アラームについての注意事項
 - (1) 患者に対して使用している際は、アラーム上限・下限が設定され、アラームが作動可能な状態であることを常に確認すること。
 - (2) 患者のモニタリングを開始する際は、必要なアラームリミットが作動しており、患者の臨床状態に基づいて設定されていることを必ず確認すること。

- (3) アラーム消音の際には患者の状態を頻繁に観察すること。
- (4) 本装置は主に呼吸停止時にアラームを発生することを目的としたアブニア(無呼吸)モニタシステムではないため、中枢性アブニアでは最後に呼吸が確認されてから既定時間後にアラームが表示される。これらの症例では患者の胸郭運動によりインピーダンスが変化し続けることがあるため、閉塞性アブニア、又は混合性アブニアの検知に使用しないこと。
3. インピーダンス呼吸測定は分時換気量に反応するペースメーカーの心拍数変動の原因となることがあるため、ペースメーカーのレートレスポンスモードをオフにするか、モニタのインピーダンス法呼吸測定をオフにすること。
4. ESD(静電気放電)警告マークの付いたコネクタのピンには触れないこと。ESD 予防措置を取らない限りは、これらのコネクタには接続しないこと。
5. 心電図、インピーダンス式呼吸数、観血式血圧を測定する際、患者に接続されている計測装置、アースを含む導電性物質等に接触していないことを確認すること。
6. モニタ、又は構成部品を他の機器と隣接させたり、重ねた状態で使用しないこと。止むを得ず隣接、又は重ねて設置する場合は、モニタと構成部品が正常に動作することを確認すること。
7. 指定、又は推奨されていない機器を本装置に接続した場合、所定の EMC(電磁両立性)性能を発揮できないおそれがあるので指定機器以外は接続しないこと。
8. 付属の電源コードは、他の製品等に使用しないこと。

相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）

**併用禁止(併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
MRI 装置	磁気共鳴画像診断装置(MRI)環境下では使用しないこと	誘導起電力による局所的な発熱で被験者が火傷を負うおそれ

併用注意(併用に注意すること)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
除細動器	除細動中は患者、診察台、機器、装置等に触れないこと	感電することがあるため

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

プロセッシングユニット
 相対温度： -20～60℃
 相対湿度： 10～90%(結露なきこと)
 ディスプレイ
 相対温度： -20～60℃
 相対湿度： 10～95%(結露なきこと)

耐用期間

7 年[開発元データによる]
 (但し、指定された使用環境において標準的な頻度で使用され、指定の保守点検と定期交換部品・消耗品の交換をした場合の年数であり、使用状況によって異なる場合がある)

**【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

1. 目視による点検
 - (1) 外観の確認（使用前）
 - 装置の外観に異常がないことを確認すること。
 - ・ ケーブル、付属品などに損傷や磨耗がないこと。

取扱説明書を必ずご参照ください。

- (2) 清浄性の確認（使用前・使用后）
 清浄な状態であることを確認すること。
- ・本装置を洗浄、消毒する際には以下事項に注意すること。
- 1) 本装置の洗浄は、専用洗浄剤、又は中性洗剤で湿らせた布で柔らかく拭き取ること。
 - 2) 本装置の消毒は、エタノール、イソプロピルアルコール、塩素系化合物、グルタルアルデヒドで湿らせた布で柔らかく拭き取ること。
 - 3) 薬剤メーカーの指定する方法で濯ぐこと。
 - 4) 完全に乾燥させること。
 - 5) アセトン、アンモニア系を基とするクリーナーは使用しないこと。次亜塩素酸ナトリウムはタッチスクリーンには使用しないこと。
 - 6) 本装置、及びパーツ類をオートクレーブ滅菌しないこと。
 - 7) 本装置、及びパーツ類を液体に浸すことを避け、液体が内部に入らないようにすること。
 - 8) 本装置のコネクタや接続したチューブに圧縮空気をあてないこと。
2. 機能の確認（使用前）
- (1) 装置の正常状態の確認
 装置が正常状態・正常動作を確認すること。
 - ・システムの起動
 - ・異音、異臭がないことを確認すること。
 - (2) 装置の固定状態の確認（使用前）
 - ・装置(付属品含む)の固定を確認すること。
 - ・重ねて設置している場合は特に注意すること。

*3.保守整備の概要

最低限必要な保守頻度	保守内容
毎日	・アクセサリ、ケーブル、ケーブルコネクタ、モニタ、モジュール、ディスプレイ部品の清浄性、及び破損の有無の確認 ・モニタのバッテリーの充電
2ヶ月毎	・ウォータートラップの確認 ・エアウェイガスの校正^{※1}
6ヶ月毎	・エアウェイガスの校正^{※2}
1年毎	・体温、NIBP、及び観血血圧の校正^{※3} ・Patient Spirometry(スパイロメトリ)フローの校正

※1 測定を連続使用した場合の保守頻度

※2 測定を通常使用した場合の保守頻度

※3 観血血圧トランスデューサでトランスデューサエラーが発生した場合は速やかに校正を行うこと。

使用者による保守点検事項の詳細については、取扱説明書「クリーニング、消毒、およびケア」の章を参照すること。

業者による保守点検事項

2年毎の定期点検を弊社、又は弊社の指定する業者に依頼すること。

- ・外観確認
- ・電気的安全性試験
- ・機能確認

業者による保守点検事項の詳細についてはサービスドキュメントを参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

住所：〒191-8503 東京都日野市旭が丘 4-7-127

保守サービス連絡先： カスタマーコールセンター
 電話： 0120-055-919

製造業者： ジーイーヘルスケア フィンランド
 オーワイ
 (GE Healthcare Finland Oy)
 国名： フィンランド共和国

取扱説明書を必ずご参照ください。