

歯科材料(09) 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研削器材 JMDN70908000

JDS アルミナ

【形状・構造及び原理等】

- ・形状：粉末
- ・主成分：酸化アルミニウム

【外観写真】



【使用目的又は効果】

- ・本製品は粉末の研削剤で補綴物の研削に用いる。

【使用方法等】

- ・詳細については医療機器（タイニープラス）の取扱説明書の使用方法の項をご参照ください。

【使用上の注意】

- ・本製品は下記に示す機器の専用研削材です。

販売名	医療機器届出番号
タイニープラス	13B2X10104270336

- ・本製品は使用目的の用途以外には使用しないでください。
- ・本製品を扱う時は、吸い込んだり、目に入らないように保護マスク、保護めがねを着用してください。万一目に入った場合は、こすらないで流水でよく洗眼し、眼科医の診断を受けてください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・室温で乾燥した場所、直接日光が当たらない場所に保管してください。
- ・開封後はしっかりと蓋を閉め、湿気を避けて保管してください。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社日本歯科商社
製造業者
レンフェルト社(ドイツ)
(英名) RENFERT GmbH