

機械器具 58 整形用機械器具のうち、骨接合用又は骨手術用器具
一般医療機器 骨手術用器械 70962001

4.0/5.0 キャニューレイトッドスクリューセット用手術器械

【警告】

- 1) 本品を使用する前に必ず洗浄と滅菌を行うこと。【使用方法等】「1. 使用前」の項参照

【禁忌・禁止】

- 1) 本添付文書に記載されている骨接合用品以外に使用しないこと。【使用上の注意】「2. 相互作用」の項参照
2) 本添付文書に記載されている以外の器具器械と併用しないこと。【使用上の注意】「2. 相互作用」の項参照
3) 本品について、改造や加工等を行わないこと。[形状の変更や刻印をするなどの二次加工は破損等の原因となるため]
4) 使用目的以外の目的には使用しないこと。[器具の安定性が保てなくなる恐れがあるため]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品を構成する各製品の形状（代表例）は以下のとおり。
各製品名、製品番号、サイズ等については、同梱される一覧表および本体の表示を確認すること。



材質：ステンレス、アルミニウム、ペークライト

2. 原理

本品を手術技に沿って用い、4.0/5.0 キャニューレイトッドスクリューセット（承認番号：22500BZX00174000）を骨折部に固定する。

【使用目的又は効果】

本品は骨接合手術に用いる手動式の手術器械であり再使用可能である。

【使用方法等】

1. 使用前

本品は未滅菌のため各施設の洗浄方法に従い、必ず洗浄を行うこと。洗浄後、付着物がない事を確認し、必ず滅菌を行い使用すること。本品を滅菌する際、各医療機関により検証され確認された滅菌条件により滅菌を行うこと。当社の推奨する滅菌方法は以下のとおり。

<推奨滅菌例>

滅菌器	温度	時間
高圧蒸気滅菌	121℃	20 分間※

※時間は被滅菌物のすべての部分が規定の温度に達してから起算する

2. 使用方法

4.0/5.0 キャニューレイトッドスクリューセット（承認番号：22500BZX00174000）の手術器械として骨接合手術に使用する。

3. 使用後

本品の使用後は、出来るだけ早く洗浄し滅菌すること。【保守・点検に係る事項】の項参照

4. 使用方法における使用上の注意

- 1) 使用前に各手術器具の汚れや腐食、破損やキズ等の点検を行うこと。
2) ドライバーでスクリューをトレイから取り出す際にはスクリューの落下に十分注意すること。
3) ドライバーでスクリューを止める際に、過度の力で回すとヘッドが破損するので、注意すること。
4) 4.0 mmガイド・5.0 mmガイドを使用してドリリングを行う際はガイドに負荷が加わらないよう、十分注意すること。

*【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) ひどく傷がついたり磨耗している切削器械（ドリル、ガイドピン、リーマー等）は破損するおそれがあるので、絶対に使用しないこと。
2) リーマー・ドリル等の使用において、時間を要する場合は、摩擦熱が生じることで本品に過剰な熱が伝わり、骨や周囲組織の損傷がおこる恐れがある。無理に使用を継続せず適宜、操作をやめ、本品に付着した骨屑を除去したり、注水するなどして本品を冷やし慎重に使用すること。

2. 相互作用

1) 併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
本添付文書に記載されている以外の骨接合用品への使用。	インプラントおよび器具の破損の可能性が高まる。	インプラントサイズと正確に適合せず器具が正しく使用できない。
本添付文書へ記載されている以外の器具器械との併用。	インプラントおよび器具の破損の可能性が高い。	インプラントサイズと適合せず、正しく使用できない。

2) 併用注意（併用に注意すること）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
原材料の異なるワイヤー、キルシュナー鋼線等と本品の併用による手術中の接触	腐食により不具合を生じる可能性がある。	他種金属等との接触がある場合、接触部分で異種金属が相互に触れ合うと電気化学的腐食効果により腐食が生じる。

3. 不具合・有害事象

本品の使用により次のような不具合及び有害事象がまれに現れることがあるので、異常が認められた場合は直ちに適切な処置を行うこと。

- 1) 重大な不具合
①器具の破損
2) 重大な有害事象
①感染症
②金属、異物アレルギー反応
③神経損傷
④破片物の体内遺残
⑤適用部位の骨や周囲組織の穿孔時の熱による損傷

*【保守・点検に係る事項】

- 1) 本品の使用後は、洗浄・すすぎ等の汚染除去を行った後、【使用方法等】に示す滅菌方法および条件で滅菌を行うこと。
2) 洗浄中又は洗浄後の本品を放置すると錆び等が発生する恐れがあるので、むやみに放置しないこと。
3) 洗浄液は、医療用中性洗剤等の専用の洗剤を用い、適正な濃度で使用する。こと。
4) 強アルカリ/強酸性洗剤・消毒剤は器具を腐食させる恐れがあるので、使用を避けること。やむを得ず使用する際は、本品の状態を確認し腐食等が発生しないよう洗浄すること。
5) 洗浄の際、本品の表面等にキズがつかないようにブラシ、スポンジ等を使用し、金属製のわし、磨き粉等の使用は避けること。
6) 隙間部分や中空穴を有する製品はブラシ等で隙間部分や中空穴部分を入念に洗浄し異物を除去し、洗浄後の製品に異物がないことを十分確認すること。
7) ブラシ等で血痕等を除去できない場合は隙間部分等を血液溶解剤または蛋白分解酵素剤等を用いて洗浄後、超音波洗浄機等を用いて洗浄し、滅菌すること。特に隙間部分は異物が残りやすいので、異物が無い事を十分確認すること。
8) 可動部を有するものは可動部分を操作しながら洗浄すること。
9) 分解可能なもの或いは組み合わせて使用するものは、最小単位まで分解し洗浄すること。
10) 合成樹脂が使用されている製品に高圧蒸気滅菌を行う場合、合成樹脂部分が滅菌トレイ又は滅菌用金網容器等の金属部分に直接触れないよう注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管条件：高温多湿を避け、室温で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者及び製造業者

HOYA Technosurgical 株式会社

電話：03-5369-1710