

## 機械器具 58 整形用機械器具

一般医療機器 脊椎手術用器械 (70963001)

## セットスクリューインサーターNM

## 【形状・構造及び原理等】

## ＜形状、構造＞



＜セットスクリューインサーターNM スタンダード＞



＜セットスクリューインサーターNM ショート＞



＜セットスクリューインサーターNM ショート シリコンH＞

原材料:ステンレス鋼、POM、シリコーン

## ＜原理等＞

本品の先端部をセットスクリュー穴に嵌合させることにより、セットスクリューを把持することができる。

## 【使用目的又は効果】

脊椎固定術等の脊椎手術のために用いる手術器械をいう。手動式のものに限る。本品は再使用可能である。

## 【使用方法等】

本品を用いてペディクルスクリュー用のセットスクリューを把持し、仮締結する。

本品は未滅菌のため、使用前に滅菌を行うこと。

## ＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- (1) セットスクリューの仮締めのみで使用し、強く締め付けないこと。
- (2) 滅菌前に本品に損傷、変形等の異常がないことを点検すること。
- (3) 使用前に必ず洗浄、滅菌すること。
- (4) 使用後は、付着した血液、体液、組織及び薬品が乾燥して固着しないように、直ちに洗浄液に浸漬すること。
- (5) 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は腐食の原因となるので、使用を避けること。使用中に付着したときには水洗いすること。
- (6) 本品は、指定したインプラント以外に使用しないこと。

## 【使用上の注意】

## ＜重要な基本的注意＞

- (1) 本品を、クローンフェルト・ヤコブ病(CJD)患者又はその疑いのある

患者に使用した場合は、最新の国内規制、ガイドラインを遵守すること。

## ＜不具合・有害事象＞

本品の使用により以下の不具合・有害事象が起こり得る。

- (1) 重大な不具合
  - 1) 本品の破損、変形
- (2) 重大な有害事象
  - 1) 血管・神経・組織の損傷
  - 2) 感染
  - 3) 塞栓(脂肪、血液等)
  - 4) 骨折
  - 5) 過敏症
  - 6) 体内遺残

## ＜高齢者への適用＞

高齢者は骨が粗鬆化している場合があり、術中に過度の力を加えることにより、骨折等生じる可能性があるので慎重に使用すること。

## 【保管方法及び有効期間等】

## ＜保管方法＞

- (1) 高温、多湿を避けて保管すること。

## 【保守・点検に係る事項】

## ＜使用者による保守点検事項＞

- (1) 本品使用前に、キズ、折れ、捻じれ、曲がり、錆等の不具合がないか点検すること。
- (2) 本品使用後は、直ちに血液、体液、組織等の汚物を除去し、感染防止のため、洗浄・滅菌処理を行うこと。
- (3) 汚染除去に用いる洗剤は、中性洗剤等、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用すること。
- (4) 強アルカリ・強酸性洗剤は器具を腐食させる恐れがあるため、使用を避けること。
- (5) 磨き粉や金属タワシで器具の表面を磨かないこと。器具表面に擦過傷を生じ、錆びや腐食が発生する恐れがある。
- (6) 器具に付着した洗剤・消毒剤等は浄化水(ろ過、蒸留、脱イオン化等)で完全に洗い流すこと。
- (7) 洗浄後は腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
- (8) 下記の滅菌条件が推奨される。

滅菌方法:高圧蒸気法

滅菌条件:121℃ 15分間以上

126℃ 10分間以上

134℃ 3分間以上

## ＜業者による保守点検事項＞

- (1) 本品使用前後に、キズ、折れ、捻じれ、曲がり、錆等の不具合がないことを点検すること。
- (2) 不具合があるものは再使用しないこと。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

西島メディカル株式会社

電話 :0561-37-1222