

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 脊椎手術用器械 (70963001)

MIS ロッドプッシャー

【形状・構造及び原理等】

＜形状・構造＞



＜MIS ロッドプッシャー＞

原材料:ステンレス鋼、PPSU

＜原理等＞

本品にてロッドを押さえながらロッドインサターを外す。

【使用目的又は効果】

脊椎固定術等の脊椎手術のために用いる手術器械。手動式。
本品は再使用可能。

【使用方法等】

ロッドインサターに付いたロッドを本品にて押さえる。
本品にてロッドを押さえた状態でロッドインサターをロッドから外す。
本品は未滅菌のため、使用前に滅菌を行うこと。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- 使用前に必ず洗浄、滅菌すること。
- 使用後は、付着した血液、体液、組織及び薬品が乾燥して固着しないように、直ちに洗浄液に浸漬すること。
- 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は腐食の原因となるので、使用を避けること。使用中に付着したときには水洗いすること。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 本品を、クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)患者又はその疑いのある患者に使用した場合は、最新の国内規制、ガイドラインを遵守すること。
- 本品は、指定したインプラントおよび手術器械以外に使用しないこと。

＜不具合・有害事象＞

本品の使用により以下の不具合・有害事象が起こり得る。

- 重大な不具合
 - 本品の破損、変形
 - 中空部内の詰り
- 重大な有害事象
 - 血管・神経・組織の損傷
 - 感染
 - 塞栓(脂肪、血液等)
 - 骨折
 - 過敏症
 - 体内遺残

＜高齢者への適用＞

高齢者は骨が粗鬆化している場合があり、術中に過度の力を加える

ことにより、骨折等生じる可能性があるので慎重に使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- 高温、多湿を避けて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

- 本品使用前に、キズ、破損、変形、錆等の不具合がないか点検すること。
- マーカークロウ部内に異物等の付着、詰りがいないか点検すること。
- 本品使用後は、直ちに血液、体液、組織等の汚物を除去し、感染防止のため、洗浄・滅菌処理を行うこと。
- 汚染除去に用いる洗剤は、中性洗剤等、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用すること。
- 強アルカリ・強酸性洗剤は器具を腐食させる恐れがあるため、使用を避けること。
- 磨き粉や金属タワシで器具の表面を磨かないこと。器具表面に擦過傷を生じ、錆びや腐食が発生する恐れがある。
- 器具に付着した洗剤・消毒剤等は浄化水(ろ過、蒸留、脱イオン化等)で完全に洗い流すこと。
- 洗浄後は腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
- 下記の滅菌条件が推奨される。

滅菌方法:高圧蒸気法
滅菌条件:121℃ 15分間以上
126℃ 10分間以上
134℃ 3分間以上

＜業者による保守点検事項＞

- 本品使用前後に、キズ、曲がり、破損、錆等の不具合がないことを点検すること。
- 不具合があるものは再使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

西島メディカル株式会社
電話 :0561-37-1222