2025 年 4 月初版　　届出番号 13B3X10378000003

機械器具 30 結紮器及び縫合器
一般医療機器 持針器 (JMDN コード 12726010)

AruNa® 持針器 Ｎ１８０－Ｒ

【形状・構造及び原理等】
1) 形状



2)原材料
・炭素繊維強化 PPS 樹脂
3)原理
・ハンドルの開閉操作により、縫合時に縫合針を把持する。

【使用目的又は効果】
縫合時に縫合針を把持するために用いる。

【使用方法等】
1)基本操作
縫合針を把持して、縫合する。
2)使用後の処置
医療機関等によって定められた適正な方法で確実に洗浄、高圧蒸気滅菌してから保管、再使用する。

【使用上の注意】
1)使用前
・本品に異常がないかどうかを確認して、高圧蒸気滅菌してから使用すること。
2)使用中
・血液や組織片は、日本薬局方滅菌精製水を浸した毛羽立ちのない柔らかい布で拭い去ること。
3)使用後
・使用された本品は、医療機関等で定められた適正な方法で洗浄、高圧蒸気滅菌してから保管、又は再使用する。
・洗浄および蒸気滅菌の際に必ず目視により変形や劣化がないことを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】
1)保管の条件
・直射日光、高温多湿、水濡れを避けて保管できる場所を確保すること。
2)有効期間等
・７０回繰り返し 121℃-20 分蒸気滅菌後の性能変化がないデータを取ってはいますが、個々の使用環境に依存する条件は加味しておりませんので、目視により高周波放電等による傷、変形や劣化が発見された場合には、即刻使用を中止し医療廃棄物として適正に処理すること。

【製造販売業者の氏名又は名称等】
日精産業株式会社

お問い合わせ窓口
【製造業者の氏名又は名称等】
日精産業株式会社
0428-30-0777