機械器具 36 医療用ピンセット

一般医療機器 ピンセット (JMDN コード 35079001)

AruNa® ピンセット　A２００－R

【形状・構造及び原理等】

1)　形状



2)原材料

・炭素繊維強化 PPS 樹脂

3)原理

・片端固定した２枚１対で作られた手術器具であり、先端部を閉じて保持する物体を挟む。

【使用目的又は効果】

医療用ピンセットとして、物体を保持するために用いる。

【使用方法等】

1)基本操作

保持する物体を掴む

2)使用後の処置

医療機関等によって定められた適正な方法で確実に洗浄、高圧蒸気滅菌してから保管、再使用する。

【使用上の注意】

1)使用前

・本品に異常がないかどうかを確認して、高圧蒸気滅菌してから使用すること。

2)使用中

・血液や組織片は、日本薬局方滅菌精製水を浸した毛羽立ちのない柔らかい布で拭い去ること。

・樹脂部分に高周波電流を流さないこと。

3)使用後

・使用された本品は、医療機関等で定められた適正な方法で洗浄、高圧蒸気滅菌してから保管、又は再使用する。

・洗浄および蒸気滅菌の際に必ず目視により変形や劣化がないことを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

1)保管の条件

・直射日、高温多湿、水濡れを避けて保管できる場所を確保すること。

2)有効期間等

・７０回繰り返し 121℃-20 分蒸気滅菌後の性能変化がないデータを取ってはいますが、個々の使用環境に依存する条件は加味しておりませんので、目視により高周波放電等による傷、変形や劣化が発見された場合には、即刻使用を中止し医療廃棄物として適正に処理すること。

【製造販売業者の氏名又は名称等】

日精産業株式会社

お問い合わせ窓口

【製造業者の氏名又は名称等】

日精産業株式会社

0428-30-0777