

医療用品 04 整形用品

一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣 JMDN コード 71105001


リカバリー WB トラックパンツ

【禁忌・禁止】

- ・異常（かゆみ、かぶれなど）を感じた場合は、使用を中止すること。
- ・皮膚にかぶれ、湿疹、傷などの異常がある場合は使用しないこと。

1. 形状・構造

寸法（公差：±10%）



2. 原理

本製品は繊維の原材料の全体にナノグラフェンを練りこむことで体熱等を伝導及び吸収させ、一定程度の遠赤外線を輻射し、遠赤外線の血行促進作用による、疲労や筋肉のコリ等の症状改善を行うことを目的とした衣類形状の医療機器である。

【使用目的又は効果】

【遠赤外線による血行促進作用】

- ・血行促進
- ・疲労の回復・改善
- ・筋肉のコリの緩和・改善
- ・筋肉の疲れを軽減

【使用方法】

本製品は繰り返し使用可能です。

- ・衣類として着用ください。
- ・素肌または下着の上から直接着用してください。
- ・長期的な使用による効果を得るためには、20 日以上継続使用をおすすめします。
- ・日常生活・運動時・睡眠時などに着用できます

【保管方法及び耐用期間】

- ・通常の下着や衣料品と同じく、直射日光、水濡れ、高温、多湿な環境を避けて保管すること。
- ・しばらく使用しない場合は一度干してから、湿気のない場所で保管すること。

【使用上の注意】

- ・本製品は衣類です。目的以外の用途には使用しないでください。
- ・使用前に破損、ほつれ、異常な変色などがなければご確認ください。
- ・お肌に異常がある場合（傷、湿疹、かぶれ等）は着用しないでください。
- ・着用中にかゆみ、発疹、痛み、発熱感などの異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- ・睡眠時は発汗しやすくなる場合があります。十分・な水分補給を心がけてください。
- ・着用中に体調がすぐれない場合（発汗過多、のぼせ、倦怠感など）は、使用を中止してください。
- ・本製品は繰り返し使用可能ですが、素材の特性上無理な力を加えたり、長期使用による経年劣化で伸びが生じる場合がありますので、ご注意ください。

【耐用期間】

2 年

【取り扱いの注意】

- ・本製品は繰り返し使用可能ですが、素材の特性上、湿気や日光（紫外線）の影響を受けたり、長期の使用による経年変化で伸びが生じたりする場合がありますので、ご注意ください。
- ・洗濯時はネットに入れ、中性洗剤をご使用ください。
- ・漂白剤・柔軟剤は使用しないでください。

【製造販売業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 Nolook 商事株式会社

〒105-0003 東京都港区西新橋 2 丁目 19 番 5 号 カザマビル 2 階

TEL 03-6875-7423

UNBORDER