一般医療機器 医04 整形用品 13705000 X線造影材入りスポンジ

ハクジュウジNWオパーゼXP

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止 / 体内に留置しないこと

X線造影系部分をつかまないこと / 布地やX線造影系に強い負荷がかからないように使用すること

(X線造影系を直接挟むと、切れたり、抜け落ちて体内に残存するおそれがある)

【形状・構造及び原理等】

セルロース100%不織布を数枚を重ね、綿100%の糸で縫製したもの

通常は四角形で、その一角に体内残留を防ぐ目的で綿テープを取りつけてあるものもある

体内残留防止のためX線造影用の糸を1本以上含有している

X線造影糸：硫酸バリウムを含有したポリプロピレン繊維の数十本を収束し、ポリエステルでラセン状にラッピングし糸状としたもの（わかりやすいように有色としてある）

【使用目的又は効果】

* X線で検知可能な成分を含有するもので、出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする

【使用方法等】

* 衛生材料として滅菌して使用すること

滅菌方法は、X線造影糸がポリプロピレンなので、エチレンオキサイドガス滅菌を推奨

蒸気滅菌の場合には、135度以下で滅菌すること 電子線滅菌等のその他滅菌方法は、データ不足により不可

* 患者の体内への遺残を防止するため、手術前に使用する本品の数を確認し、手術終了時の縫合前にも必ず再度本品の数を確認すること

* 縫合前にはレントゲン写真の撮影を行い、術野のX線造影材像を確かめガーゼの遺残がないことを確認すること

* もし数量が合わないようであれば、レントゲン写真を撮影角度を変えるなどして複数枚撮影し、X線造影材像を確認すること

【使用上の注意】

体内に残らないように使用すること

ごくまれに電気メス等の使用により引火することがある

【保管方法及び有効期間等】

*1. 保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

小児の手の届かないところに保管すること

*2. 有効期間

* 本品の使用期限は包装に記載 [自己認証(自社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

*<http://www.hakujuji.co.jp/>

問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120-01-8910（休日・夜間 TEL 03-3987-6111）