


## ラバー ポリッシャー

### 【形状・構造及び原理等】

#### 〔概要〕

本品は、シリコンカーバイド製の研磨材である。

#### 〔種類〕



色、粗さ	形状	直径、長さ	適用
ブラック (粗～中)	ホイール型	φ 22 mm	ノンプレシヤス
	シリンダー型	φ 6 mm 長さ 25 mm	
グレー (中)	ホイール型	φ 22 mm	ノンプレシヤス チタン
	シリンダー型	φ 6 mm 長さ 25 mm	
グリーン (細)	ホイール型	φ 22 mm	プレシヤス ノンプレシヤス
	シリンダー型	φ 6 mm 長さ 25 mm	
	円盤型	φ 15 mm	
レッド (微細)	ホイール型	φ 22 mm	プレシヤス チタン ポーセレン
	シリンダー型	φ 6 mm 長さ 25 mm	
	円盤型	φ 22 mm	

#### 〔原理〕

本品を歯科用マンドレルに取付け、歯科技工用マイクロモーターのハンドピースに装着し、回転させて用いることで補綴物を研磨する。

### 【使用目的又は効果】

本品は、補綴物を研磨するために使用する。

### 【使用方法等】

本品を歯科用マンドレルに取付け、歯科技工用マイクロモーターのハンドピースに装着し、回転させて用いる。

#### 〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) 使用前に回転させ、振れないことを確認すること。
- 2) ハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- 3) 折れたり曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧下での使用は避けること。
- 4) マンドレルに緩み等がないよう、確実に装着すること。

### 【使用上の注意】\*\*

#### 〔使用注意〕

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

#### 〔注意事項の内容例〕

平成 26 年 10 月 31 日事務連絡

「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

#### 〔重要な基本的注意〕

本品を使用する際には、目の損傷を防ぐために保護めがね等を使用すること。また、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、防塵マスク等を使用すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】\* \*\*

製造販売業者：白水貿易株式会社

製造国：ドイツ

製造業者：Dentaurum GmbH & Co. KG

販売業者：株式会社デンタリード

電話番号：06-6396-4448

FAX 番号：0120-24-0892

ホームページ：<https://www.dentalead.co.jp>