

機械器具 58 整形用機械器具
歯科インプラント補綴用器具 70722000
一般医療機器

ステージ1 COCアバットメント トライイン

【形状・構造及び原理等】

〔形状〕



種類	色調
RDS 4.0mm	紫色
RDS 5.5mm	緑色
RDS 7.0mm	青色
RDS 15°	黄色
RDS 20°	桃色
WDS 4.0mm	空色
WDS 5.5mm	黄色
WDS 7.0mm	無処理

〔成分〕

チタン合金

〔原理〕

ステージ1 COC アバットメントと同一の形状を有する本品をインプラントに試適することにより、口腔内でインプラントに装着後のアバットメントの角度、及びクリアランスを確認する。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの補綴物の設計、作製などに用いる。

【使用方法等】*

- インプラントからカバースクリューを撤去する。
- 適切と思われるサイズと形状の本品を選択し、インプラントに試適する。
- 対合歯とのクリアランス及び角度が適切かどうかを確認する。
- クリアランス及び角度の確認後、適切な角度と高径のアバットメントを決定し、本品を口腔内から撤去する。
- 使用後、洗浄及び滅菌を行う。

〔使用方法に関する使用上の注意〕

- 本品をインプラント体に装着する際は、本品をインプラント体にしっかりと差込んでください。
- 本品をご使用の際には、必ずインプラントのサイズに対応する本品をご選択ください。
- 誤飲を避けるため、本品を使用する際は、本品にデンタルフロスを通すことをおすすめします。

【使用上の注意】*

〔使用注意〕

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。
（注意事項の内容例）

平成26年10月31日 事務連絡「医療機器の添付文書の記載要領に関するQ&Aについて」別添1

【保守・点検に係る事項】*

〔洗浄〕

- 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないうちに直ちに洗浄液等に浸漬し、除去する。
- 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥する。

〔滅菌〕

洗浄後、器具は水分を除去し、十分乾燥させてから滅菌バッグ等に入れ、オートクレーブ滅菌(121℃、140 kPa、20分以上)すること。なお、滅菌のためのバッグ包装にあたっては、確実に滅菌できるように設定すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者：白水貿易株式会社

電話番号：06-6396-4400

FAX番号：06-6396-4457

ホームページ：<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製造国：アメリカ合衆国

製造業者：[Keystone Dental, Inc.](#)

取扱説明書を必ずご参照ください