

機械器具 58 整形用機械器具
歯科インプラント技工用器材 70757000
一般医療機器

再使用禁止

ネオス プロテクションレプリカ

【禁忌・禁止】*

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

[形状]



【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの上部構造作製の際、本品上で技工操作を行う。

【使用方法等】

歯科用インプラントの上部構造作製の際、本品上でプラットフォームの形態や位置決めを行う。

【使用上の注意】

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

（注意事項の内容例）

平成 26 年 10 月 31 日事務連絡

「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】*

製造販売業者 白水貿易株式会社

製造国 スウェーデン

製造業者 Neoss AB

販売業者 ネオス・ジャパン株式会社

電話番号 03-5289-3511

FAX 番号 03-5289-3512

ホームページ <https://www.neoss.co.jp/>

取扱説明書を必ずご参照ください