**2026 年 10 月改訂（第 6 版）
*2024 年　4 月改訂（第 5 版）

届出番号：27B1X00020228040

機械器具 62 歯科用切削器
歯科用スケーラ　35320000
一般医療機器

ＬＭ シャープダイヤモンド シックルスケーラー

【形状・構造及び原理等】 *

［形状］
把柄部
ES：直径13.7mm（両端部）

作業部

種類	左作業部	右作業部
マイクロシックル シャープダイヤモンド LM301-302 SD		
ミニシックル シャープダイヤモンド LM311-312 SD		
LM ネブラスカ128 シャープダイヤモンド LM128-128 SD ES		
シックルLM23 シャープダイヤモンド LM313-314 SD ES		
シックルLM23 スリム シャープダイヤモンド LM343-344 SD ES		
H6-H7 シャープダイヤモンド LM146-147 SD ES		
LM シャープジャック シャープダイヤモンド LM315-316 SD ES		
シックルLM204S シャープダイヤモンド LM303-304 SD ES		
シックルNV1 シャープダイヤモンド LM317-318 SD ES		
シックルNV2 シャープダイヤモンド LM319-320 SD ES		

［種類］

マイクロシックル シャープダイヤモンド	LM301-302 SD ES
ミニシックル シャープダイヤモンド	LM311-312 SD ES
LM ネブラスカ128シャープダイヤモンド	LM128-128 SD ES
シックルLM23 シャープダイヤモンド	LM313-314 SD ES
シックルLM23 スリム シャープダイヤモンド	LM343-344 SD ES
H6-H7 シャープダイヤモンド	LM146-147 SD ES
LM シャープジャックシャープダイヤモンド	LM315-316 SD ES
シックルLM204S シャープダイヤモンド	LM303-304 SD ES
シックルNV1 シャープダイヤモンド	LM317-318 SD ES
シックルNV2 シャープダイヤモンド	LM319-320 SD ES

【使用目的又は効果】
歯の表面から歯石等の沈着物を除去する。

【使用方法等】
作業部の刃を歯にあて、歯石等を削り取り除去する。

【使用上の注意】
個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。
（注意事項の内容例）
平成26年10月31日事務連絡
「医療機器の添付文書の記載要領に関するQ&Aについて」別添１

【保守・点検に係る事項】
付着した血液等を十分に洗浄して乾燥させ、滅菌バック等に入れてオートクレーブ滅菌(134℃-137℃、2bar、3分以上)を行う。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者　白水貿易株式会社
電 話 番 号　06-6396-4400
F A X 番 号　06-6396-4457
ホームページ　https://www.hakusui-trading.co.jp/
製 造 業 者　LM-Instruments Oy
製　造　国　フィンランド