**2026 年 10 月改訂(第 5 版)
*2024 年 4 月改訂(第 4 版)

届出番号：27B1X00020228041

機械器具 62 歯科用切削器
歯周用キュレット 41660000
一般医療機器

ＬＭ シャープダイヤモンド ユニバーサルキュレット

【形状・構造及び原理等】 ***

［形状］
把柄部
ES：直径13.7mm（両端部）

作業部

種類	左作業部	右作業部
ミニシンテット シャープダイヤモンド LM215-216 MSD		
シンテット シャープダイヤモンド LM215-216 SD ES		
ミニマッコール 13S-14S シャープダイヤモンド LM222-223 MSD ES		
ミニシンテットアンテリア シャープダイヤモンド LM275-276 MSD ES		
シンテットアンテリア シャープダイヤモンド LM275-276 SD ES		
コロンビア4L-4R シャープダイヤモンド LM219-220 SD ES		
バーンハルト5-6 シャープダイヤモンド LM227-228 SD ES		

［種類］
ミニシンテット シャープダイヤモンド LM215-216 MSD ES
シンテット シャープダイヤモンド LM215-216 SD ES
ミニシンテットアンテリア シャープダイヤモンド LM275-276 MSD ES
ミニマッコール 13S-14S シャープダイヤモンドLM222-223 MSD ES
シンテットアンテリア シャープダイヤモンド LM275-276 SD ES
コロンビア4L-4R シャープダイヤモンド LM219-220 SD ES
バーンハルト5-6 シャープダイヤモンド LM227-228 SD ES

【使用目的又は効果】
歯肉縁下及び根面の掻爬に用いる。

【使用方法等】
作業部の刃を歯肉縁下または根面にあて、掻き出しを行う。

【使用上の注意】
個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。
（注意事項の内容例）
平成26年10月31日事務連絡
「医療機器の添付文書の記載要領に関するQ&Aについて」別添１

【保守・点検に係る事項】
付着した血液等を十分に洗浄して乾燥させ、滅菌バック等に入れてオートクレーブ滅菌(134℃-137℃、2bar、3分以上)を行う。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者 白水貿易株式会社
電 話 番 号 06-6396-4400
ＦＡＸ番 号 06-6396-4457
ホームページ https://www.hakusui-trading.co.jp/
製 造 業 者 LM-Instruments Oy
製 造 国 フィンランド