

歯科材料 09 歯科用研削材料
歯科用ゴム製研磨材 70903000
一般医療機器

サン ポリッシャーAWG

【形状・構造及び原理等】*

[形状]

粗さ: ミディアム

			
種類	111104M	115104M	146104M
サイズ (mm)	φ5,6 x 13	φ7 x 13	φ15 x 0,3
推奨回転数 (rpm)	6,000	6,000	6,000

粗さ: ミディアム/ファイン

	
種類	560104MF
サイズ (mm)	φ7x19
推奨回転数 (rpm)	8,000

粗さ: ファイン

	
種類	106104F
サイズ (mm)	φ4,3x12
推奨回転数 (rpm)	8,000

【使用目的又は効果】

本品はゴム基材で結合された様々な研磨成分からなる歯科用研磨材で、歯科技工物の研磨に用いる。

【使用方法等】

1. 本品を歯科技工用ハンドピース等に接続する。
2. 通法に従い、歯科技工物を研磨する。

【使用上の注意】

1. 20,000 (rpm) を超えて使用しないこと。
2. 個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

(注意事項の内容例)

平成 26 年 10 月 31 日事務連絡

「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者: 白水貿易株式会社

電話番号: 06-6396-4400

FAX 番号: 06-6396-4457

ホームページ: <https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製造国: ドイツ

製造業者: SUN Oberflächentechnik GmbH