

＊ ＊ 2016 年 10 月（第 7 版）改訂

＊ 2016 年 8 月（第 6 版）改訂

届出番号：23B3X00017000067

医 04 整形用品

一般医療機器 アイパッド 11661000

眼科用パッド A

再使用禁止

【禁忌・禁止】 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

綿 100% の医療ガーゼで綿 100% の医療脱脂綿を挟んだ製品。

【使用目的又は効果】

（エチレンオキサイドガス滅菌済み製品）

＊ ・ 本品は、ガーゼ又は綿等の様々な材料で製造されたパッドからなる器具をいう。眼の保護又は分泌物の吸引に用いる。

（未滅菌製品）

＊ ・ 使用目的に応じて、適宜滅菌して使用すること。

【使用方法等】

（エチレンオキサイドガス滅菌済み製品）

＊ ・ 適宜使用すること。

＊ ・ 再滅菌しないこと。

（未滅菌製品）

＊ ・ 適宜使用すること。

＊ ・ 使用目的に応じて、適宜滅菌して使用すること。滅菌は高压蒸気滅菌、EOG 滅菌ができる。

＊ ・ 再滅菌しないこと。

【使用上の注意】

- ・ 体内に留置しないこと。
- ・ 開封後は早めに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

- ・ 直射日光及び火気、水濡れを避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- ・ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

＊ ＊ （有効期間）

エチレンオキサイドガス滅菌済み製品は、容器又は包装に記載。【自己認証（自社データ）による（使用期限参照）】

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

株式会社長谷川綿行

〒481-0013 愛知県北名古屋市二子四反地 977-2

問い合わせ窓口（TEL）0568-24-1911